



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.2845 - 17
23 MAR 2017 .2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке материјал за ангиографију и
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1: У вашој конкурсној документацији на страну бр.13 у партији бр. 59 у рубрици за квалитет ставке број 59.14 наведено је да Вакум епрувете, игле и холдери морају бити од истог произвођача, молимо да дефинишете да ли се то односи само за ту ставку или за целу партију бр.59 и да ли је потребно да сви понуђени производи за узорковање венске крви у овој партији буду од истог произвођача. желимо да појаснимо да је у прошлогодишњој тендерској документацији за ову партију, страна 10 тендерске документације (у прилогу) јасно и недвосмислено назначено да ставке које се односе на узорковање венске крви морају бити од истог произвођача, те сматрамо да се у овом случају ради о техничкој грешци којом је обухваћена само једна ставка уместо ставки које се односе на венско вађење крви.

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 налаже да производи који чине комплет за узорковање венске крви беби систем /уер адаптери +држачи за вакум епрувете (holderi) буду од истог произвођача обзиром да производи различитих произвођача могу узроковати превремени губитак вакума у епрувети због чега се добија недовољна количина узорка крви и неправилан однос крви и антикоагуланаса (у вакум епрувети) који негативно утиче на квалитет добијених резултата, стварање хемолize због које се пацијенту не могу одредити све тражене анализе у лежиште на holder), те њиховог испаданја из holdera и на крају потребе да се пацијенту изврши поново узорковање крви?

Одговор: У партији 59.ставка 14 у колони „квалитет,“ стоји да вакум епрувете, игле и холдери морају бити од истог произвођача. Овај коментар се односи на све вакум епрувете, угле и холдери наведени у партији 59.

JM
Достављено:
- у омот предмета 2845/17

Објављено:
- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

проф. др Мирослав Вукосављевић