



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 28- 27
31 JAN 2017 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 34/16: Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови**, по следећем:

Питање потенцијалног понуђача:

„Партија 3.

Питање 1.

Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за феморалну компоненту минимално 6 величина и за тибијалну компоненту минимално 6 величина, ако су остали захтеви из техничке документације испуњени ?

Партија 6.

Питање 2.

Можете ли прихватити понуду за Биартикуларну главу, спољашњег дијаметра 41-57 mm?

Питање 3.

Да ли ће бити прихваћен понуда за Цементни стем ако су димензије од 4,5 mm до 20 mm ?

Предложене измене су у циљу проширења техничких карактеристика конкурсне документације, ради омогућавања равноправног учествовања свих понуђача, при чему се не умањује квалитет ендопротеза које би биле уграђиване.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

Одговор на прво питање а односи се на партију 3:

Понуђено добро које има минимално 6 величина за фемур и тибију не може бити прихваћено као одговарајуће, јер је тражени имплантат је високо специјализован и стабилност истог првенствено зависи о лигаментарној стабилности и минималној коштаној ресекцији. Смањењем распона не би допринело проширењу техничких карактеристика документације ради омогућавања равноправног учествовања свих понуђача већ би само тражило непотребан хирушки компромис. Партија број 3 остаје непромењена.

Одговор на друго питање а односи се на партију 6:

Мења се назив и опис за ставку 6.1. тако да иста гласи:

„ Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 41 do minimalno 57mm veličine rastuće na 1mm“

Одговор на треће питање а односи се на партију 6:

За ставку 6.3 за крајњег корисника ценећи спецификацију коју је поставио, сматрамо да понуђено у склопу питања задовољава услове раније траженог, јер понуђач нуди и ширу опцију од тражене. Ставка 6.3 партије 6 остаје непромењена.

Н.П.

Достављено:

-на Портал ЈН

-интернет страницу наручиоца

-Омот предмета

