



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9015- 12
од 23.10.2013.године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке кеса за крв
бр. 9015/13, д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 22.10.2013. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање:" Колика треба да буде запремина – волумен три сателитске кесе ?"

Одговор: Волумен сваке од три сателитске кесе не треба да буде мањи од 300 мл.

ЗС

НАЧЕЛНИК ВМА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

- потенцијалним понуђачима;
- у омот предмета 9015/13

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС