

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, комисија за јавну набавку услуге поправки и одржавања ватрогасне опреме и посуда под притиском (јавна набавка заведена под бројем 4252-5/2014 ВП 1102 Београд – у даљем тексту Комисија), проучила је ваш допис, сагледала питања и предлог који сте доставили и извршила анализу, како би се предметна набавка успешно реализовала према Закону о јавним набавкама.

На основу изнетог достављамо одговоре по следећем:

Питање – констатација: Прекршено начело обезбеђивања конкуренције. Од укупног броја потенцијалних понуђача, само 5 понуђача има сертификат о акредитацији, што чини мање од 1% тржишта. Својим дискриминационим условом да понуђач мора поседовати сертификат о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025 директно омогућава да се 5 понуђача евентуално договори око наступа и тако значајно оштети буџет Републике Србије и Министарство одбране превисоким ценама.

Одговор: Навели сте да постоји 5 понуђача који имају сертификат о акредитацији. За обезбеђивање конкурентности то је довољно. У Закону о јавним набавкама нигде се не наводи минимални број или минимални проценат понуђача који се мора обезбедити ради успеха спровођења поступка набавке услуга.

Питање – констатација: Прекршено начело једнакости понуђача. Захтевате од понуђача нешто што ни МУП РС приликом издавања одобрења за рад на пословима који су предмет ЈН не захтева. Свака примена стандарда и акредитација су добровољни, а употреба захтеваних стандарда необавезујућа. Захтевани сертификат није Законом о заштити од пожара или Законом о ЈН прописан како би постао обавезујући. Уколико би поседовање акредитације било обавезно, МУП РС Управа за ванредне ситуације би приликом издавања одобрења за рад на пословима који су предмет ЈН захтевала да правна лица која обављају предметне послове доставе доказе о извршеној акредитацији. Ни сама ВП 1102 Београд (наша војна пошта) није захтевала овај сертификат до ове јавне набавке.

Одговор: Испитивање опреме под притиском прописано је Правилником о прегледу опреме под притиском током века употребе (СГ РС број 87/2011 и 75/2013), у даљем тексту Правилника. Наведеним правилником ватрогасни апарати, као и сва друга опрема под притиском подељена је на опрему високог и ниског нивоа опасности. Преглед опреме под притиском високог нивоа опасности поверена је именованим телима. Испитивање опреме ниског нивоа опасности могу да обављају овлашћена предузећа и корисници који поседују опрему за испитивање и који су своју способност за рад озваничили пред надлежним државним органима. Такође напомињемо да је чланом 18. став 2. Правилника децидно наведено да испитивање и подешавање сигурносних уређаја може обављати лице које испуњава све захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 (Општи захтеви за компетентност лабораторија за еталонирање и испитивање). Према тренутно важећим прописима једини орган који врши оцењивање оспособљености за обављање послова испитивања је Акредитационо тело Србије. На основу ових чињеница и обзиром на специфичност наше делатности, одлучили смо се да испитивање опреме под притиском поверимо Лабораторијама за испитивање, које поседују обим акредитације у складу са предметном набавком и за чији рад давањем акредитације гарантује државна установа, Акредитационо тело Србије. Из наведеног је проистекао захтев наручиоца под 2. б) тендерске документације, да се рад одвија у складу са овим Правилником.

Питање – констатација: Прекршено начело интегритета поступка. Намеће се утисак да је одређени понуђач(и) саветодавно учествовао у припреми конкурсне документације и сугерисао додатне услове у конкурсној документацији

Одговор: Пре састављања тендерске документације, вршено је сагледавање Закона, прописа и правила којима је регулисана предметна активност, а консултованао је и Акредитационо тело Србије, једино државно тело надлежно за контролу рада лабораторија које се баве испитивањем посуда под притиском. Ваши утисци које сте стекли разматрајући конкурсну документацију нису мерило за разматрање начела интегритета поступка, већ су ваше лично мишљење.

Захтев потенцијалног понуђача: редефинисање услова да је неопходно да понуђач поседује сертификат о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025, тако што ћете уклонити из конкурсне документације овај неоправдано захтевани сертификат.

Одговор: На основу напред наведеног сматрамо да нема основа да се поступи по вашем захтеву и измени тендерска документација.