



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Инт. број 3134-9
25.04.2014 године
БЕОГРАД

Допуну/измену конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 27/14: **Апарат за остеодензитометрију**, за потребе ВБ Ниш.

У складу са чланом 63., став 1. Закона о јавним набавкама, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добра бр. 27/14, достављамо следећу измену/допуну конкурсне документације:

На страни 27/48 конкурсне документације, поглавље 6-I-4 у табели уместо:

„локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача“

треба да стоји:

„локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди“

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог: измењена страна 27 од 48.

ВЈ/(32-533)



ДИРЕКТОР
Драгиша Дагетић

6 - I - 4

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача

6 - I - 4

ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понути
ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђеног добра:		
1. Технологија DEXA за две енергије.		
2. Fan Beam геометрија X –зрака.		
3. Детекција X – зрака са најмање 16 детектора.		
4. Скенирање и анализа BMD кука – проксималног фемура.		
5. Скенирање оба кука без премештања пацијената Dual Hip.		
6. Скенирање и анализа BMD лумбалне кичме.		
7. Скенирање кичменог стуба у квалитету потребном за процену фрактура пршљенова у АП и ЛАТ пројекцији (Dual -energy Vertebral Assessment).		
8. Носивост стола за пацијенте до 160kg.		
9. Прецизност мерења BMD<1% C.V.		
10. DICOM протокол 3.0, Storage функција.		
11. Десетогодишња процена ризика од фрактуре (FRAX index).		
12. Компоненте и софтвер за контролу праћења прецизности уређаја помоћу познате референце.		
13. База података пацијената.		
14. Рачунар са flat монитором од минимум 19“, ласерским штампачем у боји, јединицом за архивирање од 1TB и Windows оперативним системом.		
Место и датум:		Понуђач:
_____		_____
		(штампано име и презиме одговорне особе)
М.П.		_____
(читак отисак печата)		(потпис)