



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
бр. 61 – 33

20-01-2016 године
БЕОГРАД

Чувати до краја 2026. год.
Функција 18/ редни број 74
Датум: 20. 01. 2016. год.
Обрађивач:
дипл. ел. инж. Софија Ђурђевић

Појашњења конкурсне документације

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 104/14 - **Медицинска опрема за кардиологију, по партијама (за партију 6)** достављамо следеће:

ПИТАЊЕ 1:

У вези са предвиђеним пондерисањем за партију 6 (странице 51 и 52 конкурсне документације), молимо да нам одговорите на следећа питања:

Прво: Тачка 3. ЕКГ холтер рекордери:

Да ли је прихватљиво да се пондерисање са 0 пондера врши када рекордер поседује sampling rate 6000 Hz, са минимум 12-битном резолуцијом или signal to noise ratio maksimum 128 dB?

Да ли је прихватљиво да се пондерисање исте тачке са 5 пондера врши када рекордер поседује sampling rate минимум 8000 Hz, са минимум 15-битном резолуцијом или signal to noise ratio maksimum 70 dB?

Друго: Тачка 6. ЕКГ холтер рекордери:

Да ли је прихватљива промена пондерисања у смислу:

-Користе 5 или више одвода (електрода) за снимање 3 канала, 0 пондера

-Користе мање од 5 одвода (електрода) за снимање 3 канала, 5 пондера

уместо да се пондерише могућност надоградње SpO₂ сензором?


Образложење за прво питање је садржано у нашем захтеву за појашњење од 14.01.2016.

Образложење за друго питање је у томе што је предвиђено бодовање могућности надоградње рекордера SpO₂ сензором непотребно дуплирање, јер овај сензор служи за опцију sleep арнеа, а чије је пондерисање већ садржано под пондером број 2, где се поседовање sleep арнеа пондерише са 5 пондера.

ОДГОВОР 1:

Нема промена ни додатних допуна у односу на објављену техничку спецификацију за партију 6.

СВ (лок.32-533)



Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета