



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**  
Војномедицинска академија  
бр. 3254 - 7  
од 21.03.2016. године

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 1, на даље: Закон), Инструкције Управе за логистику ГШ број 2469-1 од 06.03.2015. године и Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. (даље: Оквирни споразум), доносим:

**О Д Л У К У**  
о додели уговора

У поступак јавне набавке, предвиђеном у Плану набавки Министарства одбране за 2016. годину, на позицији 1.2.156, услуге поправке и одржавања медицинске опреме, Ознака из ОРН: 50400000, број :

- Сходно члану 4. оквирног споразума, издати наруџбеницу најповољнијем понуђачу Medielekro d.o.o. из Земуна, за набавку услуге поправке тестера за кардиохирургију Sarns, s/n bb, (2 ком) и тестера за кардиоваскуларну салу, s/n bb, (1 ком), на употреби у ОП блоку ВМА, према следећим елементима:  
Укупна вредност понуде без ПДВ-а 76.230,00 РСД  
Начин плаћања: 30 дана од дана завршетка услуге.  
Рок реализације: 15 дана од дана пријема наруџбенице  
Гаранција: 6 месеци од дана завршетка услуге  
Рок за решавање рекламације у гаранцији: 2 дана.
- Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН и интернет страници МО, у року од три дана од дана доношења.

**О б р а з л о ж е њ е**

На основу Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. године (на даље: оквирни споразум), привредним друштвима: МС Company д.о.о. из Београда, Medielekro д.о.о. из Београда, МД Сервис медицинске опреме из Београда, Medisal д.о.о. из Београда, Tehnovat Самостална занатска радња из Новог Сада, Taurinum Med Active Самостална занатска радња из Београда, Profesional medic д.о.о. из Београда и Engel д.о.о. из Новог Сада, упућен је позив за услугу поправке следећег ПСа, на употреби у ОП блоку ВМА, и то:

РБ	Назив ПСа	Установљена неисправност
1	Тестера за кардиохирургију Sarns, s/n bb, (2 ком)	Не ради. Неисправни зупчаник, полука и статор тестере. Извршити израду зупчаника по узорку (1 ком), израду полуке по узорку (1 ком) и израду статора тестере по узорку (3 ком).
2	Тестера за кардиоваскуларну салу, s/n bb, (1 ком)	

Рок за доставу понуда 04.03.2016. године. Поступак спороведен у Војномедицинској академији у Београду, ул Црнотравска бр. 17, дана 07.03.2016. године са почетком у 10:30 часова.

Отварања понуда спроводи комисија ВМА у саставу:

зк Горан Дивнић, председник комисије,  
вс Милорад Јовић, члан,  
вс Данијела Вујић, дипл. ецц., члан,

Благовремено, тј. до дана 04.03.2016. године, приспела је понуда:

дело. број	Назив -шифра понуђача	датум пријема	Сат
3254-	Medielektro d.o.o.	01.03.2016.	10:34 h

Комисија је приступила стручној оцени понуда, и констатовала следеће:

- Понуђач Medielektro d.o.o. из Земуна, понуда бр. 3/2016 од 01.03.2016. године,  
Укупна вредност понуде без ПДВ-а 76.230,00 РСД  
Начин плаћања: 30 дана од дана завршетка услуге.  
Рок реализације: 15 дана од дана пријема наруџбенице  
Гаранција: 6 месеци од дана завршетка услуге  
Рок за решавање рекламације у гаранцији: 2 дана.

Уговорена услуга подразумева: израду и замену полуге (1 ком), израда и замену зупчаника (1 ком) и израда и замену чаура по узорку (3 ком).

Комисија није вршила пондерисање понуда, јер је добијена само једна понуда.

Понуђачу Medielektro d.o.o. из Земуна, упућен је сходно члану 93. ЗЈН захтев за појашњење понуде бр. 3254-3 од 15.03.2016. године у коме је тражено да се изјасне:

1. Да ли нуде израду полуге по узорку или поправку?
2. Уколико није потребна израда полуге по узорку већ поправка, да прецизирају цену и број радних сати и цену материјал утрошеног за поправку.
3. Да ли је „поправка грејача“ дактилографска грешка? Уколико јесте молимо вас за сагласност за исправку рачунске грешке у коначној цени.
4. Да ли се израда „чауре по узорку“ односи на израду статора тестере по узорку?

Понуђач Medielektro d.o.o. из Земуна је фах-ом од 15.03.2016. године одговорио да:

1. Нудимо израду полуге по узорку.
2. „Поправка грејача“ је дактилографска грешка, с тим у вези дајемо сагласност за исправку рачунске грешке у коначној цени, тј. умањење коначне цене за износ који је написан за поправку грејача од 5.445,00 динара.
3. Израда чауре по узорку се односи на израду статора тестере по узорку.

#### Предлог Комисије:

2

На основу значаја тестера за кардиохирургију Sarns, s/n bb, (2 ком) и тестера за кардиоваскуларну салу, s/n bb, (1 ком) и немогућношћу да се потребе задовоље властитим капацитетима због недостатка потребних делова, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, Комисија за јавну набавку ВМА, након стручне оцене предлаже:

Сходно оквирном споразуму, као најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу привредном друштву Medielektro d.o.o. из Земуна, за набавку услуге поправке ПС-а, на употреби у ОП блоку у ВМА, према следећим елементима:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а 76230,00 РСД  
Начин плаћања: 30 дана од дана завршетка услуге.  
Рок реализације: 15 дана од дана пријема наруџбенице  
Гаранција: 6 месеци од дана завршетка услуге  
Рок за решавање рекламације у гаранцији: 2 дана.

Уговорена услуга подразумева: израду и замену полуге (1 ком), израда и замену зупчаника (1 ком) и израда и замену чаура по узорку (3 ком).

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку ВМА дала уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама ( члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

ДВ

МП

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
пуковник  
проф. др Драган Динчић

-уз омот предмета