



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 7999-15
17.08.2015. године

Измене и допуне конкурсне
документације у поступку јавне набавке
медицинска опрема за токсиколошку
амбуланту ,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се страна 3 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, према прилогу.

Мењају се стране 20, 21 и 27 – Техничке карактеристике које добро мора да поседује и елементи техничке подршке, према прилогу.

Прилог: страна 3, 20, 21 и 27.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Зоран Шегрт

Достављено:

-у омот предмета 7999/15

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, интернет странице Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs или непосредно-радним даном од 09:00 до 15:00 часова, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, 5 спрат, соба 25.

Лице за контакт ве Милош Кошутић, тел. 011/2665-899.

Начин, место и рок за подношење понуда

Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до **26.08.2015.** године, до **11,30** часова, препорученом пошљом на адресу: ВМА, улица Црнотравска број 17, 11050 Београд, или лично предајом на шалтеру Деловодства ВМА (пети спрат) на истој адреси, са назнаком **"НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ТОКСИКОЛОШКУ АМБУЛАНТУ БРОЈ: 13/15, партија _____"**.

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт.

Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.

Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуде обавиће се истог дана у **12,00 часова**, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, 5. спрат, соба 40б.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

Рок за доношење одлуке наручиоца

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Достављено:

- потенцијалним понуђачи
- у омот предмета 55/15

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- објављено на интернет страници Министарства одбране РС

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
КОМАНДАНТА КЗО
потпуковник
др Иван Лазаревић, доц

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 2 - I – 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 2 - I – 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1

2 - I – 4

ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача
2. ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		
Мануални и полуаутоматски базични дефибрилатор/монитор за екстерну дефибрилацију		
Рад у мануалном и полуаутоматском моду (AED) са ескалацијом енергије од 1-360J- максимум 8 секунди или 2-200J бифазично.		
Могућност снимања 5-каналног ЕКГ са 5-жилним каблом, опционо снимање 12-каналног ЕКГ (није обавезно)		
Обавезно мерење SPO2		
Обавезно мерење неинвазивног крвног притиска NIBP		
Обавезно RESP, мерење 2xTEMP – опционо (није обавезно)		
Могућност анализе ритма и давања шока преко самолепљивих електрода		
Термо принтер ширине најмање 50мм и више, са прегледним паралелним, исписом најмање 3 кривуље		
Поседовање једне Li-Ion батеријеаутономије најмање 5 часова		
Напајање уређаја и пуњење батерија у возилу на 12V једносмерног и 220V наизменичног напона,		
Колор монитор		
Инверзни мод рада монитора за рад под условима јаког сунчевог светла		
Отпоран на влагу и воду по стандардима IP 44 или IP34		

Ескалација струје спољног електростимулатора срца најмање 140 mA		
Аутоматска детекција аритмије, са звучним и визуелним ефектима		
Складиштење података за минимум 50 пацијената, минимум 250 догађаја.		
Место и датум: _____		Понуђач: _____
		(штампано име и презиме одговорне особе)
	М.П. _____	_____
	(читак отисак печата)	(потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 2 - I – 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 2 - I – 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2

2 - I – 4

ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача
2. ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		
симултано снимање путем 12 канала који се приказују у исто време		
могућност прикључења на ПЦ-рачунар, са екстерним штампачем за папир величине А4		
графички ЛЦД дисплеј високе резолуције		
термални штампач		
допуњиве акумулаторске батерије великог капацитета		
Место и датум: _____	Понуђач: _____ (штампано име и презиме одговорне особе)	
М.П. _____	_____	
(читак отисак печата)	(потпис)	