



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**  
**Фонд за социјално осигурање**  
**војних осигураника**  
**бр. 61 – 35**

21-01-2016 године  
**БЕОГРАД**

Чувати до краја 2026. год.  
Функција 18/ редни број 74  
Датум: \_\_\_\_\_ год.  
Обрађивач:  
д-ш. ел. инж. Софија Турђевић

**Појашњења конкурсне документације**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 104/14 - **Медицинска опрема за кардиологију, по партијама**, достављамо следеће:

**ПИТАЊЕ 1:**

Поводом Вашег одговора на претходно постављено питање бр. 61-20 од дана 18.01.2016., остало је нејасно да ли се поменути одговор односи на обе партије за које је питање постављено.

С тим у вези, молимо Вас да нам дате конкретан одговор да ли ћете за партију 2 прихватити модел апарата који се минимално разликује од захтеваних карактеристика и уједно Вас молимо да прихватите уређај који поседује следеће карактеристике:

- За ставку 13 - термо принтер ширине 80 мм са прегледним паралелним исписом 3 кривуље, али са исписом свих 12 кривуља? У прилогу Вам опет достављамо пример записа.

Уколико не прихватите нашу сугестију, молимо Вас да нам дате образложење неприхватања, с обзиром да ширина термо принтера ни мало не умањује квалитет нити функционалне карактеристике самог апарата, а са друге стране отвара могућност за набавку евентуално доста повољнијег уређаја. Напомињемо поново да би понуђени апарат имао могућност штампања 12 кривуља.

Желели бисмо да напоменемо да се поменути модели апарата већ налазе на нашем тржишту и молимо Вас да прихватите наше сугестије како би се обезбедила већа конкурентост и могућност да добијете више одговарајућих и прихватљивих понуда с обзиром да горе наведене ставке никако не умањују квалитет апарата и њихове намене.

## ОДГОВОР 1:

За ставку 13 остаје се при дефинисаним карактеристикама и не прихвата се термо принтер ширине 80 mm. Крајњи корисник наручиоца већ поседује уређаје са дефинисаном ширином принтера и потребно је да се и нови уређаји једнообразно уклопе у постојеће због потребе о једнообразној медицинској документацији.

СБ (лок.32-533)



### Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета