

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 4327 - АС

**28 APR 2016**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, вештачки делови срца и коронарне ендопротезе, број 137/2016, обликована у 14 партија, ознака из општег речника набавки: 33184300, заинтересовано лице је поставило следеће питање, и то:


1. "Према прилогу бр.2 у опису предмета набавке за рок стерилности захтевано је да рок стерилности буде 2 године у моменту испоруке. Обзиром да добра која су предмет наше понуде за партију број 1. имају укупан фабрички рок трајања-стерилности 24 месеца, нећемо бити у могућности да извршимо испоруку захтеваних производа са максималним роком трајања (услед трајања процедуре лагеровања и увоза).  
Обраћамо Вам се са молбом да нам разјасните, да ли је у оваквим околностима могуће усклађивање захтеваног рока стерилности са реалним условима испоруке, што би износило 2/3 укупног произвођачког рока трајања-стерилности у моменту испоруке, за партију 1."

Одговор:

- 1) Да, прихватљиво је, биће прихваћена понуда понуђача чији рок трајања-стерилности добра износи најмање 18 месеци у тренутку испоруке, за партију 1.

Имајући у виду све наведено, у поступку је измена конкурсне документације.

MS  
Срп



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

ПУКОВНИК

Проф. др Драган ДИЊЧИЋ

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС