



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.3421- 12

од 28 MAR 2018 године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке Медицински нехемијски
потрошни материјал бр.525/17 (68/18),
доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним
појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје
одговоре:

Питање 1: У партији број 1 тражен је топломер за мерење телесне температуре у
целзијусима у количини од укупно 13.000 комада, за период од 2 године. Обзиром да
нигде није детаљније појашњено, молимо Вас да прецизирате:

1. Да ли тражите дигитални или галијумски топломери или је битно само да је у
питању топломер који мери температуре у целзијусима.
2. Да ли је потребно да топломери буду баждарени или је довољно да имају
одобрења типа мерила од Дирекције за мере и драгоцене метале.

Одговор:

1.-Неопходно је да понуђач понуди топломер за мерење телесне температуре који мери
температуру у целзијусима. У обзир долазе и дигитални и галијумским топломери.

2.-Довољно је да топломери имају одобрење типа мерила од Дирекција за мере и
драгоцене метале, уз већ наведен услов Решење АЛИМС-а.

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 3421/18

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС

