



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Бр. 7346 - ⁹
18 AUG 2017 2017. године
Београд

Појашњење у вези са конкурсном документацијом у отвореном поступку јавне набавке бр. 346/17, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са условима у конкурсној документацији у отвореном поступку јавне набавке бр. 346 од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 17.08.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање :

- 1) Захтев да лабораторија има запосленог или радно ангажованог дипломираног инжињера машинске струке, са лиценцом 430 и лиценцом 330 је непотребан с обзиром да:
 - Лиценца 430 се односи на одговорног извођача радова у сагласности са Законом о планирању и изградњи: **испитивање вентила сигурности не припада активностима извођења објеката/инсталација**
 - **Компетентност (оспособљеност) особља проверава оцењивачки тим Акредитационог тела Србије** током оцењивачке посете сваке године и тада не постоји обавеза поседовања посебних лиценци, већ се доказује поседовање одговарајуће стручне спреме, учешће у процесима одржавања и демонстрација испитивања на реалним примерима у складу са захтевима стандард, стога је посебно захтевање доказа за компетентност сувишно и није меродавно;
 - Лиценца 330 се односи на одговорног Пројектанта радова у сагласности са законом о планирању и изградњи: **испитивање вентила сигурности не припада активностима пројектовања објеката/инсталација/машина/опреме**

Одговор: Наручилац је као услов поставио да понуђач има у свом саставу лиценциране инжењере јер се ради о јавној набавци услуге у складу са ЗЈН, па с обзиром да се ради о реализацији радова/услуге узет је услов о извођачу радова из Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користи Министарство одбране и Војска Србије ("Сл. војни лист" 29/2011).

- 2) Захтев да понуђач односно лабораторија има систем менаџмента према ISO 9001 је неутемељен зато што постоји да лабораторије буду акредитоване односно да имају систем менаџмента према SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006 у тачки 1.6 наводи **“Ако лабораторија за испитивање или лабораторија за еталонирање задовољава захтеве овог међународног стандард, она примењујући систем менаџмента за њене активности испитивања и еталонирање такође задовољава и принципе ISO 9001.**

Анекс А обезбеђује начелно укрштање референце између овог међународног стандард и ISO 9001. Овај међународни стандард покрива техничке кометентности које нису покривене са ISO 9001.“

Акредитована лабораторија има систем менаџмента уређен према захтевима SRPS ISO/IEC 17025 који садржи (укључује) захтеве ISO 9001 и чак шта више садржи додатне захтеве (то се види и у самом стандарду). Акредитација је више ниво оцењивања од сертификације, стога је чудан постављен захтев. То је слично као да се од лица које има возачку дозволу Б категорије захтева посебна дозвола о познавању саобраћајних прописа за вожење mopеда коју обично имају лица од 14 и више година.

Одговор: ВМА_ као установа поседује следеће стандарде квалитета: ISO 9001 (усаглашеност са системом менаџмента квалитетом), ISO 14001 (усаглашеност са системом управљања заштитом животне средине), OHSAS 18001 (усаглашеност са системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду), па је Наручилац мишљења да и понуђачи/извођачи/даваоци услуге који конкуришу треба да поседују исте стандарде квалитета, те је захтевани услов примерен предмету јавне набавке, не дискриминише понуђаче и у логичкој је вези са предметом јавне набавке бр. 346/17.

Ова додатна објашњења су саставни део конкурсне документације.

ЖП/МВ.



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 7346/17

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС