



Чувати до: МФТГИ
Функција: 30 редни број 51
Обрађивач: Милан Тољић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

15 JUL 2016 Бр. 3835-18
2016. год.
ЧАЧАК

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о појашњењу и измени конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку бр. 134/16

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 134/16 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. На достављени захтев за појашњење и измену конкурсне документације по спецификацијама бр. 5920 и бр. 5922 вршимо појашњење и измену:



Као доказ није потребно доставити уверење о типу мерила.

3. У свему осталом конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

Прилог: страна 8., страна 9., страна 35.. страна 39., страна 77. и страна 78. конкурсне документације

МТ/МТ

ДИРЕКТОР
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.



Умножено у 2 примерка
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а .

**ПАРТИЈА Партија 9 - Уређаји за испитивање електронских компоненти
Спецификација број 5920**

Ред. бр.	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена
1.	6825	<p>UREĐAJ ESR ZA INDIKACIJU ISPRAVNOSTI KONDENZATORA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opseg ESR 0,00 oma -20M oma - Opseg DCR 200 oma- 200M oma - Opseg Induktivnosti 20uH-20kH - Opseg kapacitivnosti 200pF-20000uF - Opseg otpora 200M oma - Fazni ugao -180 do +180 - D/Q 0.001-1999 - Merne frekvencije 100/120Hz 1/10/100KHz <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu PEAK TECH 2170</p>	2,00	
2.	6825	<p>UREĐAJ ZA ISPITIVANJE IZOLACIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napon ispitivanja do 125 / 250 / 500 / 1000 V - Opseg merenja 4 / 40 / 400 / 4000 M oma - DCV 0-1000V , ACV 0-750V <p>- Potrebno isporučiti uverenje o etaloniranju po standardu ISO 17025 urađeno ili u inostranstvu (od strane laboratorije čiju akreditaciju priznaje Akredaticiono telo Srbije) ili u domaćoj akreditivanoj labaratoriji</p> <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu PEAK TECH 2695</p>	2,00	
3.	6825	<p>KAMERA TERMOVIZIJSKA ZA ISPIT. PLOČA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opseg merenja temperature -10°C to +150°C - Radni opseg -10°C to +50°C - Konekcija USB - Rezolucija ekrana 320x240 - Termalna osetljivost <0.1 °C - Minimalno rastojanje fokusa 0.15m - MSX 1.0m - Kapacitivni ekran na dodir - Kolor paleta : Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray - Frekvencija slike 9Hz <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu FLIR C2</p>	1,00	

**ПАРТИЈА Партија 10 - Уређаји за лемљење
Спецификациј број 5921**

Ред. бр.	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена
1.	6825	LEMILICA SA REGULACIJOM TEMPERATURE*80W*230/24V Карактеристике: - 80W, 230V / 24V - "Sleep" функција - 6 секунди загревање до željene temperature Гаранција - 2 године. Сервис обезбеден на територији Републике Србије. Уређај сличан производу GOOT RX 802AS	17,00	
2.	6825	RAZLEMLJIVAC (DUVALJKA) SA TOPLIM VAZDUHOM*100-450 ST C Карактеристике: - 220/240V 50/60Hz - Потрошња 720 / грејач 700W - Led displej, preciznost prikaza temperature ±1 °C - Temperaturni opseg 100-450 °C - Senzor auto starta u ručki - Kontrola temperature sa mikroprocesorom Гаранција - 2 године. Сервис обезбеден на територији Републике Србије. Уређај сличан производу QUICK 858D	7,00	
3.	6825	RAZLEMLJIVAC (SMD REWORK STATION)*350-500 ST C Карактеристике: - 220/230V потрошња 120W / грејач 100W - Dostizanje maksimalnog vakuma za 0, 2s - Protok 15 l/min - Opseg temperature 350-500 °C Гаранција - 2 године. Сервис обезбеден на територији Републике Србије. Уређај сличан производу DENON SC7000Z	5,00	

**ПАРТИЈА Партија 11 - Осцилоскоп
Спецификација број 5922**

Ред. бр.	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена
1.	6825	OSCILOSKOP 4 KANALA 200MHZ Карактеристике: - Propusni opseg - 200 MHz - Broj analognih kanala - 4 - Učestanost odabiranja - 1 GS/s na svim kanalima istovremeno - Dužina zapisa - 1.000.000 tačaka na svim kanalima istovremeno - Interfejs za sonde koji omogućava napajanje aktivnih sondi direktno preko osciloskopa - Posebne kontrole na uređaju za uvećavanje prikaza i za automatsku pretragu parametara signala. - Potrebno isporučiti uverenje o etaloniranju po standardu ISO 17025 urađeno ili u inostranstvu (od strane laboratorije čiju akreditaciju priznaje Akredaciono telo Srbije) ili u domaćoj akreditivanoj laboratoriji " Isporučiti uputstvo za korišćenje na srpskom ili engleskom jeziku. Гаранција - 5 година. Сервис обезбеден на територији Републике Србије. Уређај сличан производу Tektronix DPO2024B.	3,00	

ПАРТИЈА Партија 12 - Лупа за рад са електроником

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара.

Партија 9 - уређаји за испитивање електронских компоненти, по спецификацији број 5920.

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку добара у отвореном поступку, бр. 134/16 – Партија 9 - уређаји за испитивање електронских компоненти, по спецификацији број 5920, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.
2. Понуда се односи на Партију 9 - уређаји за испитивање електронских компоненти.

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност.

Р бр	НАЗИВ ДОБРА	Кол ичич ина у ком.	Цена дин/ком (без ПДВ)	ПДВ %	Цена дин/ком (са ПДВ)	Вредност у дин (без ПДВ)	Вредност у дин (са ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>UREĐAJ ESR ZA INDIKACIJU ISPRAVNOSTI KONDENZATORA</p> <p>Opseg ESR 0,00 oma -20M oma</p> <p>- Opseg DCR 200 oma- 200M oma</p> <p>- Opseg Induktivnosti 20uH-20kH</p> <p>- Opseg kapacitivnosti 200pF-20000uF</p> <p>- Opseg otpora 200M oma</p> <p>- Fazni ugao -180 do +180</p> <p>- D/Q 0.001-1999</p> <p>- Merne frekvencije 100/120Hz 1/10/100KHz</p> <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu PEAK TECH 2170</p>	2,00					
2.	<p>UREĐAJ ZA ISPITIVANJE IZOLACIJE</p> <p>- Napon ispitivanja do 125 / 250 / 500 / 1000 V</p> <p>- Opseg merenja 4 / 40 / 400 / 4000 M oma</p> <p>- DCV 0-1000V , ACV 0-750V</p> <p>- Uerenje o etaloniranju po standardu ISO 17025 urađeno ili u inostranstvu (od strane laboratorije čiju akreditaciju priznaje Akredaticiono telo Srbije) ili u domaćoj akreditivanoj labaratoriji</p> <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu PEAK TECH 2695</p>	2,00					
3.	<p>KAMERA TERMOVIZIJSKA ZA ISPIT. PLOČA</p> <p>- Opseg merenja temperature -10°C to +150°C</p> <p>- Radni opseg -10°C to +50°C</p>	1,00					

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара.

Партија 11 - осцилоскоп, по спецификацији број 5922.

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку добара у отвореном поступку, бр. 134/16 – Партија 11 - осцилоскоп, по спецификацији број 5922, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.
2. Понуда се односи на Партију 11 - осцилоскоп.

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност.

Р бр	НАЗИВ ДОБРА	Кол ичич ина у ком.	Цена дин/ком (без ПДВ)	ПДВ %	Цена дин/ком (са ПДВ)	Вредност у дин (без ПДВ)	Вредност у дин (са ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>OSCILOSKOP 4 KANALA 200MHZ Karakteristike: - Propusni opseg - 200 MHz - Broj analognih kanala - 4 - Učestanost odabiranja - 1 GS/s na svim kanalima istovremeno - Dužina zapisa - 1.000.000 tačaka na svim kanalima istovremeno - Interfejs za sonde koji omogućava napajanje aktivnih sondi direktno preko osciloskopa - Posebne kontrole na uređaju za uvećavanje prikaza i za automatsku pretragu parametara signala. - Uverenje o etaloniranju po standardu ISO 17025 urađeno ili u inostranstvu (od strane laboratorije čiju akreditaciju priznaje Akredaciono telo Srbije) ili u domaćoj akreditivanoj laboratoriji - Uputstvo za korišćenje na srpskom ili engleskom jeziku. Garancija - 5 godina. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu Tektronix DPO2024B.</p>	3,00					
Вредност понуде без ПДВ-а							
Вредност ПДВ-а							
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом							

Спецификација број 5920

Ред. бр.	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена
1.	6825	<p>UREĐAJ ESR ZA INDIKACIJU ISPRAVNOSTI KONDENZATORA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opseg ESR 0,00 oma -20M oma - Opseg DCR 200 oma- 200M oma - Opseg Induktivnosti 20uH-20kH - Opseg kapacitivnosti 200pF-20000uF - Opseg otpora 200M oma - Fazni ugao -180 do +180 - D/Q 0.001-1999 - Merne frekvencije 100/120Hz 1/10/100KHz <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu PEAK TECH 2170</p>	2,00	
2.	6825	<p>UREĐAJ ZA ISPITIVANJE IZOLACIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napon ispitivanja do 125 / 250 / 500 / 1000 V - Opseg merenja 4 / 40 / 400 / 4000 M oma - DCV 0-1000V , ACV 0-750V - Potrebno isporučiti uverenje o etaloniranju po standardu ISO 17025 urađeno ili u inostranstvu (od strane laboratorije čiju akreditaciju priznaje Akredaciono telo Srbije) ili u domaćoj akreditivanoj laboratoriji <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu PEAK TECH 2695</p>	2,00	
3.	6825	<p>KAMERA TERMOVIZIJSKA ZA ISPIT. PLOČA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opseg merenja temperature -10°C to +150°C - Radni opseg -10°C to +50°C - Konekcija USB - Rezolucija ekrana 320x240 - Termalna osetljivost <0.1 °C - Minimalno rastojanje fokusa 0.15m - MSX 1.0m - Kapacitivni ekran na dodir - Kolor paleta : Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray - Frekvencija slike 9Hz <p>Garancija - 2 godine. Servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Uređaj sličan proizvodu FLIR C2</p>	1,00	

Спецификациј број 5921

Ред. бр.	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена
1.	6825	LEMILICA SA REGULACIJOM TEMPERATURE*80W*230/24V Карактеристике: - 80W, 230V / 24V - "Sleep" функција - 6 секунди zagrevanje do željene temperature Гаранција - 2 године. Сервис обезбеђен на територији Републике Србије. Уређај сличан производу GOOT RX 802AS	17,00	
2.	6825	RAZLEMLJIVAČ (DUVALJKA) SA TOPLIM VAZDUHOM*100-450 ST C Карактеристике: - 220/240V 50/60Hz - Потрошња 720 / грејач 700W - Led displej, preciznost prikaza temperature ±1 °C - Temperaturni opseg 100-450 °C - Senzor auto starta u ručki - Kontrola temperature sa mikroprocesorom Гаранција - 2 године. Сервис обезбеђен на територији Републике Србије. Уређај сличан производу QUICK 858D	7,00	
3.	6825	RAZLEMLJIVAČ (SMD REWORK STATION)*350-500 ST C Карактеристике: - 220/230V потрошња 120W / грејач 100W - Dostizanje maksimalnog vakuma za 0, 2s - Protok 15 l/min - Opseg temperature 350-500 °C Гаранција - 2 године. Сервис обезбеђен на територији Републике Србије. Уређај сличан производу DENON SC7000Z	5,00	

Спецификација број 5922

Ред. бр.	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена
1.	6825	OSCILOSKOP 4 KANALA 200MHZ Карактеристике: - Propusni opseg - 200 MHz - Broj analognih kanala - 4 - Učestanost odabiranja - 1 GS/s na svim kanalima istovremeno - Dužina zapisa - 1.000.000 tačaka na svim kanalima istovremeno - Interfejs za sonde koji omogućava napajanje aktivnih sondi direktno preko osciloskopa - Posebne kontrole na uređaju za uvećavanje prikaza i za automatsku pretragu parametara signala. - Potrebno isporučiti uverenje o etaloniranju po standardu ISO 17025 урађено или у иностранству (од стране лабораторије чију акредитацију признаје Акредитационо тело Србије) или у домаћој акредитиваној лабораторији " Isporučiti uputstvo za korišćenje na srpskom или engleskom jeziku. Гаранција - 5 година. Сервис обезбеђен на територији Републике Србије. Уређај сличан производу Tektronix DPO2024B.	3,00	