



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2167-21
од 11.04..2014.године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке СнПС за потребе
Института за радиологију и Клинике за
ургентну интерну медицину, бр. 2167/14,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 08.04.2014. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање:"Да ли ћете у партији 26 прихватити уводник од 4 до 9 Fr дужине 12 cm?"

Одговор: Да. За наручица је прихватљиво уколико добра одговарају траженој техничкој спецификацији.

2.Питање: "Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР-а, да ли је прихватљиво доставити Решење и Извод из поменутог регистра као доказ за испуњавање обавезних услова из Прилога 8.Ставка 1,2,3,4 и5 ?"

Одговор: Да, а доказе из ставки 6, 7, 8 и 9 достављате уз понуду.

3.Питање:"Да ли је дозвољено доставити обрасце понуде само за оне партије које се нуде?"

Одговор: Да.

4.Питање:"Партија 3-да ли је у питању техничка грешка и заправо се тражи хидрофилни балон катетер,а не хидрофобни као што је наведено? Такође, да ли ћете прихватити балон катетер дијаметра до 12 mm.?"

Одговор: Да тражи се хидрофилни балон.

5.Питање: " Партија 4-обзиром да сте навели да ће бити прихваћен производ функционалног еквивалента, да ли то значи да се могу понудити микросфере за емболизацију од хидрогела?"

Одговор: Да можемо прихватити микросфере за емболизацију од хидрогела.

6.Питање: "Партија 5-обзиром да није наведена тражена доза, да ли је прихватљиво понудити шприц од 2 ml?Такође, молим да нам потврдите тражену количину обзиром да у позиву стоји 10 комада,а у прилогу 2 и 3 свега 1 комад."

Одговор: Да. Можемо прихватити шприц од 2мл и тражена количина је 1 комад.

7.Питање: "Партија 12- да ћете прихватити микрокатетер проксималног дијаметра 2,4 и дисталног дијаметра 1,9 Fr?"

Одговор: Да прихватамо.
ЗС.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
п у к о в н и к
проф. др Драган Динчић

Достављено:

- у омот предмета 2167/14
- заинтересованим лицима

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС