



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 45 - 18

05 JAN 2018 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 29.12.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 38/17 Производи од стакла за фармацевтску и лабораторијску примену**, за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш, по следећем:

„Партија 28 да ли се може понудити „...sa slifom 19/26“ јер је то по стандарду за 500ml?

Партија 29 да ли се може понудити „...sa slifom 24/29“ јер је то по стандарду за 1000ml?

За партије 35-38 навели сте у опису да ерленмајери буду широко грло, а у колони „Квалитет“ захтевате да буду по ISO 1773. Обзиром да се ерленмајери широко грло раде по ISO 24450, а уско грло по ISO 1773, молим одговор шта понудити широко грло по ISO 24450 или уско грло по ISO 1773?

Партија 39 да ли се може понудити ерленмајер уско грло од 5000ml, обзиром да је веома тешко наћи произвођача који производи широко грло?“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд (у даљем тексту наручилац), на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

1. Мења се назив и опис средства на партији број 28 која сада гласи: „Normalni sud sa brušenim čerom ŠG, 500ml, NS 19/26“. Оно што је битно за крајњег корисника то је да потенцијални понуђач понуди означену запремину од 500мл.

2. Мења се назив и опис средства на партији број 29 која сада гласи: „Normalni sud sa brušenim čerom ŠG, 1000ml, NS 24/29“. Оно што је битно за крајњег корисника то је да потенцијални понуђач понуди означену запремину од 1000мл.

3. За партије број 35-38 у називу и опису средстава треба да стоји **широко/уско грло**, док у колони „Квалитет“ техничке спецификације добара треба да стоји **ISO 24450 / ISO 1773**.

4. Мења се назив и опис средства на партији број 39, која сада гласи: „Tikvica po erlenmayer-u široko/usko nebrušeno grlo, zapremine 5000ml“, док у колони „Квалитет“ техничке спецификације добара треба да стоји **ISO 24450 / ISO 1773**.

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

МН ВН

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета



ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА

Војни службеник
Боран Стојановић

[Signature]