



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7272- 17

31 AUG 2016 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Уређаји за анестезију и ранимацију
бр. 313/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 30.08.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање: Партија 67, 68 и 69 - Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, измењљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, МДИ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 мм, величине 12 Цх, 14 Цх, 16 Цх.

Овај опис се односи на одређеног произвођача где се аспирациони катетер мора променити на 48 сати.

Питање:

Да ли је прихватљиво понудити систем за сукцију где није потребно мењати аспирациони катетер на 48 сати већ је цео систем декларисан за 72 сатну употребу.

Да ли је прихватљиво понудити систем за сукцију дужине 540мм. Сама дужине од 540 мм и више је него довољна за постављање ЕТ тубуса и ничим не утиче на ефикасност аспирације (сукције).

Одговор: Техничком спецификацијом је тражен систем за трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата. Период од 48 сати се нигде не помиње. Остаје се при техничкој спецификацији.

Прихватљив је систем за сукцију дужине између 540мм - 580мм. Биће извршена измена конкурсне документације.

2.Питање: Партија 80. - ЦО2 Апсорбер следећих карактеристика: Боја ЦО2 апсорбера: бела. Облик гранула: Д облик или сферичан Састав гранула:Калцијум дихидроксид Ca(OH)_2 : 77-88%, Натријум хидроксид NaOH : у опсегу од 0-4%. Садржај воде: H_2O максимално до 18% Индикатор промене: из беле у љубичасту Паковање – канистер запремине 5л или 4,5 кг.

Молимо Вас да појасните Ваш захтев - опис. Овом спецификацијом сте омогућили, али само формално, конкуренцију, међутим сама спецификација елиминиса могућност квалитетне понуде због процењене вредности која је базирана на једном понуђачу. Опсег NaOH (да ли се ради о Алкали фрее Соли или конвенционалној), облик грануле (избацили сте гранулу ваљкастог облика), и распон Ca(OH)_2 никако не могу да дефинишу који апсорбер у ствари тражите ,већ оставља процор за веома широко тумачење понуда од стране наручиоца.

Одговор: Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.


3.Питање: Молимо Вас да нам појасните, да ли у Моделу Уговора, члан 1. (Табела), треба да оставимо празне колоне у партијама у којима не учествујемо, или неку од ознака, нпр. цртица или звездица?

Одговор: У моделу Уговора везано за набавку уређаја за анестезију и реанимацију, члан 1. (Табела), потребно је попунити табелу само за партије за које учествујете, остали део табеле можете оставити празан, а можете ставити и неку другу ознаку цртица или звездица.

4.Питање: Да ли уз понуду такође треба да доставимо одштампан Прилог 2.-ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и Прилог 3.-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА?

Одговор: Уз понуду доставите и прилог 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, прилог 3 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА.

МК.



Достављено:

-у омот предмета 7272/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС