



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4664 - 12

31 МАЈ 2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке кантице и кесе за
инфективни, цитостатички и други отпад
бр.172/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање1: Ваши захтеви за ISO 9001, као и за UN 3291 су сасвим јасни и то је уреду. Прихватање извештаја од само акредитованих установа у Србији је такођеу реду (постоје установе које то раде у Србији?

Међутим, BC 7320 је код нас усвојен као технички стандард 23907:2012-Sharps injury protection. Ми смо као домаћи произвођач контејнера за медицински отпад ускладити производњу са наведеним ISO 23907 и стога Вас молимо за одговор да ли се то сматра довољним за испуњење свих наведених захтева у овој јавној набавци?

Одговор: Стандард BS 320 односи се на испитивање спецификације за контејнере са оштрицом, а такође ISO 23907:2012 дефинише захтеве за једнократну употребу контејнера са оштрицом, намењених за потенцијално опасни медицински отпад нпр. скалпел, ножеви, игле и шприцеви и сл. што одговара захтевима.

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 4664/17
- Објављено:
- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
- Министарства одбране РС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

Гуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић