



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Број 4811- 26

28 AUG 2014 20 . године

БЕОГРАД

Појашњење/измену/допуну  
конкурсне документације  
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 67/14 - **Опрема за потребе гастроентерологије** за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 67/14, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

„У појашњењу/измени/допуни конкурсне документације које смо добили дана 22.08.2014. године постављено је следеће питање:

Партија 2- Питање бр. 5: Да ли је потребно да тражени апарат треба да буде компатибилан са постојећим аргон плазма коагулатором који је инсталиран на Клиници за гастроентерологију ВМА?

**Питање бр. 1:** Из ког дела конкурсне документације је генерисано ово питање? Нигде се не наводи никакав аргон плазма коагулатор. Ако остајете при овој битној промени спецификације, молимо да наведете тачан назив, каталошки број произвођача и датум производње апарата поменутог само у питању, како би остали понуђачи могли да понуде адекватан апарат?"

**Одговор бр. 1:** У питању је аргон плазма коагулатор „MARTIN“ MB 181.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/

ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
ДИРЕКТОРА

во Зоран Стојановић

