



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Број 4811- 32  
\_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ . године

БЕОГРАД

08 SEP 2014

Појашњење/измену/допуну  
конкурсне документације  
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 67/14 - **Опрема за потребе гастроентерологије** за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 67/14, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

**Питање бр. 1:** „У делу 6-I-4 – техничке карактеристике - **СТАВКА 2- Могућност дезинфекције за све водеће светске брендове ендоскопа:** молимо да нам издефинишете који су то светски брендови, типови и модели како би смо могли понудити машину која би била компатибилна са вашим уређајима?“

**Одговор бр. 1:** Клиника за гастроентерологију поседује уређаје последње генерације и то гастроскопе и колоноскопе Olympus, RCP Pentax и ендоскопски ултразвук Fujinon.

**Питање бр. 2:** „У делу 6-I-4 – техничке карактеристике, **СТАВКА 3 Могућност дезинфекције два ендоскопа:** да ли је могуће понудити машину за прање и дезинфекцију три ендоскопа?“

**Одговор бр. 2:** Може се понудити машина за прање и дезинфекцију два и више ендоскопа, према томе дозвољено је да се понуди машина за три или за више ендоскопа.

**Питање бр. 3:** „У делу 6-I-4 – техничке карактеристике, **СТАВКА 6- Контејнери за хемијска средства (cleaner, дезифицијенс и активатор)** : код већине светских произвођача у комбинацији хемијских средстава користи се само cleaner и дезифицијенс без активатора. Ради веће конкурентности захтевамо да се поред дефинисане комбинације дозволе и друге средства са и без активатора?“

**Одговор бр. 3:** Дозвољавају се сва машинска средства за прање и дезинфекцију, која имају решење АЛИМС-а, као и комбинације хемијских средстава за ефикасно прање и дезинфекцију које је произвођач машине предвидео.

**Питање бр. 4:** „У делу 6-I-4 – техничке карактеристике, **СТАВКА 14 – Трајање циклуса од највише 20 минута:** време трајања циклуса од највише 20 минута није могуће, јер обични програми трају између 45 до 60 минута, без сушења нешто мање али не свакако 20 минута. Програми су развијени по стандардима EN ISO 15883-1, -2, -4 и никако

се не могу постићи за 20 минута. У односу на овако постављени захтев, предлажемо да га преиспитате и да дозволите да време трајања циклуса или програма буде по стандардима EN ISO 15883-1, -2, -4, што већина озбиљних светских произвођача користи?“

**Одговор бр. 4:** Прихвата се да највећа дужина трајања циклуса или програма буде 60 минута.

**Питање бр. 5:** „У делу 6-I-4 – техничке карактеристике, СТАВКА 15 – Напајање 220-230V, (50Hz), око 30A: Сматрамо да за овакву врсту машина није довољно напајање 220-230V 3 AC 60Hz. CE или 400V 3N AC 50Hz CE. Тиме се повећава конкурентност и квалитет понуђених машина светског реномеа.

**Одговор бр. 5:** Дозвољава се понуда машине са трофазним електричним напајањем 380-400V, 50Hz.

Сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) Наручилац продужава рок за подношење понуда тако да је нови рок за подношење понуда 22.09.2014. године до 10:00 часова. Понуде ће се отворати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 22.09.2014. године у 10:00 часова.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/



ДИРЕКТОР  
Драгиша Дабетих

