



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигурањика

Број 4811-⁴³
_____.20____. године

БЕОГРАД

19. 2 SEP 2014

Појашњење/измену/допуну
конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 67/14 - **Опрема за потребе гастроентерологије** за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 67/14, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

Партија 2 Електрокаутер за ендоскопске процедуре. за потребе ВМА и ВБ Ниш

Питање бр 1: У вези ставке 2 да ли прихватате Генератор високо фреквентне струје 470kHz. **Одговор бр 1:** Прихвата се.

Питање бр 2: У вези ставке 3: „Монополарни модови рада: 5 модова сечења, снаге сечења максимално 120W или више.“ Да ли прихватате минимум 3 мода сечења уз два мода сечења плавим дугметом тј. коагулационим сечењем које је предвиђено од стране произвођача?

Одговор бр 2: Прихвата се минимум 3 мода сечења.

Питање бр 3: У вези ставке 5: „Биполарни модови рада: 3 мода сечења, снаге сечења максимално 120W, 2 коагулациона мода, снаге максимално до 120W.“ Да ли ћете прихватити 3 аутоматски контролисана биполарна мода?. **Одговор бр 3:** Прихвата се и 3 аутоматски контролисана биполарна мода.

Питање бр 4: Партија 4 ставка 1.1. (капсула 20 комада). Молимо да наручилац прихвати и добра са мањим роком трајања. **Одговор бр 4:** прихвата се да рок трајања износи 12 месеци од дана квалитативног пријема.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ,ВЈ/


Прилог: измењене стране



ДИРЕКТОР
Драгиша Дагетић



ЗА ПАРТИЈУ 2:

6 - I - 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА

Спецификација коју: Електрокаутер за ендоскопске процедуре, за потребе ВМА и ВБ Ниш, 2 комада <u>МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ</u>: (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди
1. Примена у ендоскопским процедурама.		
2. Генератор високо фреквентне струје 350kHz или промењивог опсега 330-380kHz .(прихвата се и опсег од 330-500kHz).		
3. Монополарни модови рада: 5 модова сечења , снаге сечења максимално 120W или више. (прихвата се минимум три мода сечења)		
4. Три (3) коагулациона мода, снаге до 120W .		
5. Биполарни модови рада: 2 или 3 мода сечења , снаге сечења максимално 120W , 2 коагулациона мода, снаге максимално до 120W (модули се користе ради прилагођавања карактеристика сечења величине промене која се скида). Прихвата се и биполарни мод који је аутоматски.		
6. Систем праћења квалитета контакта.		
7. Папучица са две педале-прекидача за сечење и коагулацију.		
8. Аутоматско заустављање рада у случају неисправности уређаја.		
9. Пацијент кабл за електроде, 1 комад.		
10. Неутрална електрода, 50 комада.		
11. Кабл за повезивање са ендоскопским ацесоријама, 1 комад.		
Место и датум:	Понуђач:	
_____	(штампано име и презиме одговорне особе)	
М.П.	(потпис)	
(читак отисак печата)		
Измењена страна 36/69 конкурсне документације 67/14.....12.09.2014.г.		

ЗА ПАРТИЈУ 3:

6 - I - 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА

Спецификација коју: Машина за прање и дезинфекцију ендоскопа, за потребе ВМА, 1 комад <u>МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:</u> (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди
1. Основна јединица са свим потребним хемикалијама за 200 прања.		
2. Могућност дезинфекције за све водеће светске брендове ендоскопа. (Уређаји последње генерације и то гастроскопи и колоноскопи Olympus, RCP Pentax ендоскопски ултразвук Fujinon).		
3. Могућност истовремене дезинфекције два или више ендоскопа.		
4. РАА процес.		
5. Непрекидна контрола нивоа cleaner-а, дезинфекционог средства у контејнерима као и воде која се користи у процесу		
6. Контејнери за хемијска средства (cleaner, дезифијенс и активатор). (дозвољавају се сва машинска средства за прање и дезинфекцију која имају Решење Алимса, као и комбинација хемијских средстава за ефикасно прање и дезинфекцију које је произвођач машине предвидео.)		
7. Могућност провере квалитета резултата дезинфекције прањењем циклуса на штампачу.		
8. Унапређени аутоматски leakage test и перманентна контрола притиска током процеса.		
9. Врата са електронском сигурносном бравом.		
10. LC display.		
11. TCP/IP Ethernet port.		
12. Printer port.		
13. Кућиште од inoxа.		
14. Трајање циклуса или програма највише 60 min.		
15. Напајање 220-230V AC, (50Hz), око 30A.(прихвата се и трофазно ел. напајање 380-400V AC, (50Hz),		
16. Температура воде, за РАА процес: до 40°C. Снабдевање водом: максимални притисак мањи од 10 bara.		
<p>Место и датум: _____ Понуђач: _____</p> <p>(штампано име и презиме одговорне особе)</p> <p>М.П. _____</p> <p>(читак отисак печата) (потпис)</p>		
<p>Измењена страна 40/69 конкурсне документације 67/14.....12.09.2014.г.</p>		