



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 4811- **56**
_____ .20_____. године

БЕОГРАД
17 SEP 2014

Појашњење
конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. **67/14 - Опрема за потребе гастроентерологије** за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 67/14, достављамо следеће појашњење конкурсне документације:

„За партију 2 – Електрокаутер за ендоскопске процедуре за потребе ВМА и ВБ Ниш.

Ставка 5. Биполарни модови рада: 3 мода сечења, снаге сечења максимално 120W, два коагулациона мода снаге максимално до 120W.

Да ли се под овом техничком карактеристиком сматра минималана захтевана карактеристика, односно да ли ћете прихватити уређаје који имају снагу у биполарним модовима, већу од 120 W?“

Одговор: По овом питању нема измене конкурсне документације.

Ставка 9. „Пацијент кабал за електроде, 1 комад.

Молимо Вас да нам појасните шта подразумевате каблом за електроде. Да ли је то електрохируршка оловка, односно држач активне електроде за сечење/коагулацију са каблом?“

Одговор: То је кабал за пацијент электроду (неутралну электроду).

Ставка 10. „Неутрална електрода, 50 комада.

Да ли се под овом ставком мисли на самолепљиву једнократну электроду?“

Да ли треба понудити электроду са или без кабла и којих оквирних димензија.

Одговор: Свеједно је да ли је електрода са или без кабла, димензије нису битне.

Ставка 11. „Кабл за повезивање са ендоскопским ацесоријама, 1 комад.

Молимо Вас да нам појасните за које ацесорије (ког произвођача) захтевате кабл, како бисмо могли дати адекватну понуду?“

Одговор: Користе се ацесорије фирме Olympus, Cook, Boston, Scientific и Rigiflex.

За партију 1: на питање понуђача везано да ли је неопходно да понуђена опрема буде компатибилна са опремом коју поседује ВМА и ВМЦ Нови Сад.

Одговор: већ дат одговор у акту бр. 4811-39 од 11.09.2014. године.

За партију 2: на питање понуђача како се попуњава Образац 6-I-3 Структура цене (страна 35/69 конкурсне документације), тј. на шта се односи јединична цена наручилац даје следећи одговор:

Одговор: На место јединичне цене уписује се цена електрокаутера са свим материјалом који је наведен у спецификацији 6-I-4.

Сви остали захтеви и з конкурсне документације остају непромењени.

 ВЈ/

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабегић