



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 4811- **60**

_____.20____. године

БЕОГРАД

19 SEP 2014

Појашњење
конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. **67/14 - Опрема за потребе гастроентерологије** за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 67/14, достављамо следеће појашњење конкурсне документације:

„За партију 2 – Електрокаутер за ендоскопске процедуре за потребе ВМА и ВБ Ниш. Ставка 5. „Биполарни модови рада: 3 мода сечења, снаге сечења максимално 120W, два коагулациона мода снаге максимално до 120W.

Да ли се под овом техничком карактеристиком сматра минималана захтевана карактеристика, односно да ли ћете прихватити уређаје који имају снагу у биполарним модовима, већу од 120 W?“

Одговор: За ендоскопске процедуре довољна је максимална снага сечења од 120W. Не прихвата се понуда где је максимална снага сечења већа од 120W.

Ставка 10. „Неутрална електрода, 50 комада?“

Да ли се под овом ставком мисли, на самолепљиву једнократну электроду. Молимо Вас да одговорите на ово питање. Да ли потражујете једнократну электроду?

Одговор: Подразумева се самолепљива једнократна електрода.

Процењена вредност биће саопштена на јавном отварању понуда.

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

 ВЈ/



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић

