



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 6150- 27
_____ .2016. године

07 JUL 2016

Појашњење у вези са припремањем
понуђе у поступку јавне набавке
Ултразвучни уређаји са пратећим
сондама бр. 252/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 23.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: На страни 33/59 конкурсне документације, партија 2, захтева се: "LED/LCD колор монитор најмање 19", full HD (1080p), фреквенце освежавања минимум 100 Hz, статичког контраста мин. 800: 1, време одзива мах. 5 ms, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци (независно од система и управљачке конзоле)".

Питање: С обзиром да је предмет набавке радиолошки премијум ултразвучни апарат, у могућности смо да понудимо бољи монитор од захтеваног конкурсном документацијом и то у погледу његове величине и карактеристика. Сходно наведеном, да ли је за наручиоца прихватљив монитор са следећим карактеристикама: "LCD колор монитор 21", статички контраст мин.1000:1, са временом одзива мање од 14 ms, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци" ?

Одговор: Може се понудити и "LCD колор монитор 21", статички контраст мин.1000:1, са временом одзива мање од 14 ms, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци", али уколико понуђач понуди две или више опција које испуњавају овај захтев, наручилац ће прихватити понуду уколико су понуђене по истој цени. У Супортном, сматраће се понуда са варијантом и понуда ће бити неприхватљива.

2.Питање: На страни 34/59 конкурсне документације, партија 2, захтева се: "Програми и калкулације за абдоминалне, васкуларне, гинеколошко акушерске, уролошке, педијатријске и ехокардиографске прегледе и прегледе меких ткива".

Питање: Обзиром да је предмет јавне набавке ултразвучни апарат за радиологију, мишљења смо да је није потребно да апарат садржи програме и калкулације за гинеколошке и кардиолошке прегледе.

Да ли се прихвата измена, тако да ова тачка за партију 2 коначно гласи: "Програми и калкулације за абдоминалне, васкуларне, уролошке и прегледе меких ткива ?

Одговор: Прихвата се сугестија.

3.Питање: На страни 35/59 конкурсне документације, партија 2, захтева се: "Апарат мора поседовати HDD од најмање 1ТВ"

Питање: Премиум ултразвучни апарат, који желимо да понудимо, поседује интерну меморију од 500GB. Разумемо потребе наручиоца за што већим простором за складиштењем и у могућности смо да приликом испоруке апарата испоручимо и екстерни HDD од мин. 500GB како би наручилац имао укупно 1ТВ.

Да ли се прихвата измена, тако да ова тачка за партију 2 коначно гласи: "Интегрисани HDDминимум 1ТВ или интегрисани HDD 500GB плус екстерни HDD од мин. 500GB" ?

Одговор: Прихвата се сугестија.

4.Питање: На страни 35/59 конкурсне документације, партија 2, захтева се "CINE меморија од најмање 2500 слика у Б моду"

Питање: Како је предмет набавке ултразвук за радиолошку примену, мишљења смо да је број слика у Cine меморији само елиминаторни фактор, јер не утиче на квалитет и класу апарата већ само на тренутну меморију ревизије снимака. У пракси све преко 1000 слика за ревизију је више него задовољавајуће...

Сходно наведеном да ли се прихвата измена, тако да ова тачка за партију 2 коначно гласи: "CINE меморија од најмање 2000 слика у Б моду" ?

Одговор: Прихвата се сугестија.

5.Питање: На страни 35/59 конкурсне документације, партија 2, захтева се "Складиштење података у DICOM, JPEG, BMP, PDF, AVI i MPEG 4 формату".

Питање: Код различитих произвођача врхунских ултразвучних апарата је у различитим форматима омогућен извоз података пацијентата из апарата. Наручиоцу тј. доктору је битно да из апарата може да изведе слику или видео запис од пацијента у два формата:

- DICOM – за каснију напредну обраду добијених видео снимака и слика,
- PC формат – да може доктор да нареже на диск или УСБ и да да пацијенту или да користи за своје даље презентације.

Сходно наведеном да ли се је могуће изменити у овом делу конкурсну документацију, тако да ова тачка за партију 2 коначно гласи: "Експорт података у DICOM и PC форматима".

Одговор: Прихвата се сугестија.

6.Питање: На страни 35/59 конкурсне документације, партија 2, захтева се: "Грејач за гел интегрисан на апарату"

Питање: Обзиром да је у неким земљама доказано да грејач за гел узрокује стварање бактерија, то поједини произвођачи не производе интегрисане грејаче за гел. С друге стране, могуће је да грејач за гел буде екстерни. У сваком случају ова карактеристика не доприноси квалитету нити било чему уколико је интегрисана са апаратом. Нарочито, ова карактеристика не одређује класу апарата.

Сходно изложеном да ли је прихватљиво да, уколико наручилац има намеру да и поред доказаних ствари купи грејач за гел, омогући понуђачима који немају интегрисан грејач на апарату да испоруче екстерни грејач?

Одговор: Прихвата се сугестија.

МК.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

ПРОФ. ДР

др Драган Динчић



Достављено:

-у омот предмета 6150/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС