



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6966-30
22 AUG 2016
2016. године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке медицинске
опреме за потребе ВМЦ Нови Сад, бр.
278/16, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 18.08.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: На страни 27-28/6 конкурсне документације, партија 1, техничка спецификација, ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР ЗА ОПЕРАЦИОНИ БЛОК, под ставком 1.10, мониторинг CO₂, наводи се карактеристика N₂O компензација: мануелан (укљ/искљ).

На питање потенцијалног понуђача „Молимо да ближе појасните ову конкретну карактеристику.“?, одговорили сте „При већим вредностима N₂O може реаговати са CO₂ и дати нетачну вредност ендекспираторног CO₂. Опција N₂O компензације на капнографском сензору са бочним протоком (sidestream) искључује ту могућност и добијамо тачне вредности CO₂.

Обзиром на дати одговор, да ли је за Наручиоца прихватљива опција ове карактеристике – аутоматска – како следи?

Пацијент монитор Г серије такође омогућава мерење више гасова (мулти-гас). Мулти-гас мерни модул користи side-stream узорковање дисајних гасова одраслих, деце и новорођенчади у циклусу пацијента 0-100% дисања. Могуће је да се рециркулише узорковање гаса у циклусном узорковању код пацијента тако да се добијају тачне вредности CO₂. Модул комуницира у реалном времену и изведене информације гаса се шаљу на пацијент монитор који исте показује.

Одговор: Прихватиће се понуђена карактеристика, ако модул аутоматски врши N₂O компензацију тако да његова концентрација нема утицаја на коначне вредности CO₂.

3С.

Достављено:
-у омот предмета 6966/16
- Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС

