



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 3135-10
05.05.2014. године
БЕОГРАД

Измену/допуну конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 26/14 - Електромоторни систем за сечење и бушење костију, за потребе ВБ Ниш.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалног понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 26/14, достављамо следећу измену/допуну конкурсне документације:

Питање 1: „Молимо да нам дате додатна појашњења везана за Партију 1. ЈН бр. 26/14, а које се односи на позицију 1.12.- листићи за тестеру, шири и Партију 2., позиција 1.2. – сагитална тестера „handpiece“ са погоном на батерије. Наиме у табели нису написане количине за ове позиције па вас молимо да нам дате информације које су вам количине потребне како бисмо могли да попунимо обрасце понуде?“

Одговор 1: За Партију 1., на страни 28/55, на позицији 1.12. Листићи за тестеру, шири, треба да стоји 10 комада. За Партију 2., на страни 33/55, на позицији 1.2. Сагитална тестера „handpiece“ са погоном на батерије, треба да стоји 1 комад. Такође на позицији 1.6. HADSON модификовани TRINKL додатак за „handpiece“ са погоном на струју, уместо 2 комада треба да стоји 1 комад, а на позицији 1.11. Листићи за тестеру, ужи и 1.12. Листићи за тестеру, шири, треба да стоји по 10 комада.

Сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) Наручилац продужава рок за подношење понуда тако да је нови рок за подношење понуда 14.05.2014. године до 08:30 часова. Понуде ће се отворати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 14.05.2014. године у 08:30 часова.

Уприлогу вам достављамо измењене стране бр. 28/55 и 33/55 конкурсне документације.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/(32-533)

Прилог:

- измењене стране бр. 28/55 и 33/55 конкурсне документације

ДИРЕКТОР
Драгина Даветић

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ ЗА ПАРИЈУ 1

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача

Партија 1: ЕЛЕКТРОМОТОРНИ СИСТЕМ ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ КОСТИЈУ НА СТРУЈНИ ПОГОН (табелу обавезно попунити)	Комада	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача
1. ОСНОВНА КОНФИГУРАЦИЈА		
1.1. Конзола са "touch screen"-ом.	1	
1.2. Сагитална тестера "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.3. Бушилица са примером у истом "handpiece"-у са погоном на струју.	1	
1.4. Кабал за "handpiece".	2	
1.5. AO large drill.	1	
1.6. HADSON модификовани TRINKL додатак за "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.7. SYNTHES додатак за "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.8. Кључем подесив CHUCK додатак за "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.9. WIRE COLLET додатак за "handpiece" од 0,7mm до 2,8mm дебљине К игле.	1	
1.10. Кутија за стерилизацију за два "handpiece"-а са погоном на струју.	1	
1.11. Листићи за тестеру, ужи.	10	
1.12. Листићи за тестеру, шири.	10	
Место и датум: Понуђач: (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. (читак отисак печата) (потпис)		

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ ЗА ПАРИЈУ 2

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача

Партија 2: ЕЛЕКТРОМОТОРНИ СИСТЕМ ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ КОСТИЈУ НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН (табелу обавезно попунити)	Комада	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача
1. ОСНОВНА КОНФИГУРАЦИЈА		
1.1. Пуњач за батерије са 4 станице. Поседује могућност кондиционирања и дијагностиковања батерија. Могућност пуњења свих батерија истовремено.	1	
1.2. Сагитална тестера "handpiece" са погоном на батерије.		
1.3. Бушилица са примером у истом "handpiece"-у са погоном на батерије.	1	
1.4. Батерија велика.	6	
1.5. AO large drill.	1	
1.6. HADSON модификовани TRINKL додатак за "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.7. SYNTHES додатак за "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.8. Кључем подесив CHUCK додатак за "handpiece" са погоном на струју.	1	
1.9. WIRE COLLET додатак за "handpiece" од 0,7mm до 2,8mm дебљине К игле.	1	
1.10. Кутија за стерилизацију за два "handpiece"-а са погоном на струју	1	
1.11. Листићи за тестеру, ужи.	10	
1.12. Листићи за тестеру, шири.	10	
Место и датум: Понуђач: (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. (читак отисак печата) (потпис)		