



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника

Бр. 4- 15

06 FEB 2017 године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за ЈН бр. 32/16: Јединице за вантелесни крвоток, оксигенатори и касете за грејање крви и течности, за потребе Војномедицинске академије, по следећем:

Питање бр. 1:

У техничким карактеристикама на страни 4., тражено је „Артеријски филтер интегрисан унутар саме мембране оксигенатора тако да не повећава прајминг волумен оксигенатора”. На тржишту постоји неколико понуђача који имају еквивалентно техничко решење интегрисаног артеријског филтера који није интегрисан унутар мембране, чија запремина волумена не утиче на хемодилуцију. Сматрамо да се због горе наведене карактеристике неоправдано онемогућава учешће понуђача са различитим а еквивалентним техничким решењима интегрисаног артеријског филтера еквивалентне вредности прајминг волумена оксигенатора.

Молим Вас да у складу са горе наведеним и складу са Законом о јавним набавкама чланом 10. (Начело обезбеђивања конкуренције) и чланом 12. (Начело једнакости понуђача), измените техничке карактеристике у овом делу и да тражену техничку карактеристику „Артеријски филтер интегрисан унутар саме мембране оксигенатора тако да не повећава прајминг волумен оксигенатора” замените са „интегрисани артеријски филтер тако да се не повећава прајминг волумен оксигенатора”. Да ли је то прихватљиво?

Одговор наручиоца:

У вези захтева за изменом техничке карактеристике која гласи „Артеријски филтер интегрисан унутар саме мембране оксигенатора тако да не повећава прајминг волумен оксигенатора”, крајњи корисник остаје при траженом захтеву јер је интегрисани артеријски филтер унутар саме мембране оксигенатора решење последње генерације, најсавременији и има најбоље карактеристике. Напомињемо да је на тржишту било више регистрованих оксигенатора са траженим карактеристикама последње генерације.

Питање бр. 2:

Да ли је за Вас прихватљиво да уз конкурсну документацију приложите нацрт сета линија који треба да садржи све поменуте елементе у техничким карактеристикама на страни бр. 4. како би смо били у могућности да припремимо понуду?“.

Одговор наручиоца:

Прилажемо нацрт сета за перфузију који је у потпуности потребно испоштовати тако да сви елементи сета за перфузију приказани на датом нацрту морају да буду присутни у понуђеном сету од стране понуђача (у прилогу).

Прилог: Нацрт сета за перфузију.

АЛ.-

JA


Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-у омот предмета



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабећић



