



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7999-17

17.08.2015. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинска опрема за токсиколошку
амбуланту.

д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 21.07.2015. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Партија 1 – дефибрилатор

Обавезне техничке карактеристике

- Тренд анализа ST – сегмента 5-каналног ЕКГ сигнала по свим одводима

На подручју Републике Србије, постоји само један дистрибутер који испуњава горепоменути параметар тренд ST – сегмента по свим одводима. Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију, како би обезбедио конкурентност и добио више од једне исправне понуде, а у циљу спровођења јавне набавке у складу са ЗЈН

Одговор: Врши се измена конкурсне документације и брише се ставка "Тренд анализа ST сегмента 5-каналног ЕКГ-а сигнала по свим одводима"

2.Питање: Такође молимо наручиоца да дефинише минималне техничке карактеристике.

Могућност снимања 5-каналног ЕКГ са петожилним каблом, опционо снимање 12-каналног ЕКГ (није обавезно)

Ако није обавезно, молимо да уклоните из табеле минималних техничких захтева како не би дошло до забуне.

Одговор: Конкурсном документацијом предвиђене су обавезне и опционе минималне техничке карактеристике. Наручилац остаје при свему из конкурсне документације.

3.Питање: Обавезно RESP, мерење 2xTEMP – опционо (није обавезно).

Ако мерење температуре није обавезно молимо уклоните из табеле.

Одговор: Конкурсном документацијом предвиђене су обавезне и опционе минималне техничке карактеристике. Наручилац остаје при свему из конкурсне документације.

4.Питање: Отпоран на влагу и воду по стандардима IP44 или IP34.

Да ли Вам је битан само други параметар IP X4, која представља продор воде или је битан и промер чврстих честица које могу продрети унутар уређаја.

Да ли ће се дефибрилатор користити на терену или у затвореном простору?

Одговор: Битан је и продор воде, такође је битан и промер чврстих честица. Дефибрилатор ће се користити и на терену и у затвореном простору.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. Зоран Шегрт

Достављено:

-у омот предмета 7999/15

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС