



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 5021-*22*

године

13 -11- 2015

Допуну/појашњење
конкурсне документације,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. **ЈН 33/15 - Општа медицинска опрема**, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, наручилац свим заинтересованим лицима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 33/15, доставља следећу допуну/појашњење конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 1: “За партију број 2: Стречер за транспорт болесника са 4 (четири) кормиларна точка и подешавајућим узглављем:
Да ли сва четири точка треба да имају кочницу или може на два дијагонално?”

ОДГОВОР 1: Сва четири точка морају да имају кочницу.

ПИТАЊЕ 2: “За партију број 2: Стречер за транспорт болесника са 4 (четири) кормиларна точка и подешавајућим узглављем, тачка 2.3:
Х-геу пропустан, да ли треба да је целом дужином или је довољно у грудном делу и да ли треба да постоји могућност постављања касете?”

ОДГОВОР 2: Наручилац врши допуну тачке 2.3. тако да она гласи: „Израђен од челика, платформа за душек пропусна за рендген зраке. Стречер треба да је пропустан на рендген зраке целом дужином и да има место за постављање касете.“

ПИТАЊЕ 3: “За партију број 2: Стречер за транспорт болесника са 4 (четири) кормиларна точка и подешавајућим узглављем, тачка 2.6:
Да ли се прихвата тежина до 120kg. Наиме, овако дефинисаном ставком добили би сте да и ставка 2.7 повећава максималну носивост 220 kg. С обзиром да постоје случајеви да постоје пацијенти са тежином преко 220 kg добили би сте сигурнији и стабилнији стречер за транспорт болесника?”

ОДГОВОР 3: Наручилац врши допуну тачке 2.6. тако да она гласи: „Тежине до 120kg“. Наручилац врши допуну тачке 2.7. тако да она гласи: „Максимална носивост 220kg и више“.

ПИТАЊЕ 4: “За партију број 1: Лед негатоскоп за 3 (три) снимка, тачка 1.1:
Да ли се прихвата димензија негатоскопа: 119cm x 5,45cm x 4cm?”

ОДГОВОР 4: Наручилац врши допуну тачке 1.1. тако да она гласи: „Спољашње димензије негатоскопа: 120cm±2cm x 51cm±1cm x 4cm±1cm. Прихвата се и димензија негатоскопа 119cm x 5,45cm x 4cm.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- измењене стране 31/53 и 32/53 конкурсне документације

ВЈ/32-533

Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић

6 – I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује

Техничке карактеристике које ПАРТИЈА 1: ЛЕД НЕГАТОСКОП ЗА 3 (ТРИ) СНИМКА, 10 комада, <u>МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ</u> (табелу обавезно попунити):	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди
1.1. Спољашње димензије негатоскопа: 120cm±2cm x 51cm±1cm x 4cm±1cm . Прихвата се и димензија негатоскопа 119cm x 5,45cm x 4cm .		
1.2. Димензија светлосног панела: 108cmx42cm .		
1.3. Напајање 220-230V, 50-60Hz .		
1.4. Температура боје светла 7200°K±200°K .		
1.5. Јачина светла минимум 3500Cd/m² .		
1.6. Систем уклањања треперења светлости.		
1.7. Интегрисане хватаљке за снимке.		
1.8. Могућност аутоматског укључења/искључења приликом стављања/скидања снимака.		
1.9. Могућност подешавања јачине светла од 30% до 100% .		
1.10. Радни век LED светла минимум 70000 часова .		

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

_____ (потпис)

6 – I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 2 мора да поседује

Техничке карактеристике које ПАРТИЈА 2: СТРЕЧЕР ЗА ТРАНСПОРТ БОЛЕСНИКА СА 4 (ЧЕТИРИ) КОРМИЛАРНА ТОЧКА И ПОДЕШАВАЈУЋИМ УЗГЛАВЊЕМ, 2 комада МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ (табелу обавезно попунити):	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди
2.1. Модел са 4 (четири) кормиларана точка пречника минимум 125mm и подесивим наслоним за леђа до 90 степени.		
2.2. Точкови са кочицама.		
2.3. Израђен од челика, платформа за душек пропусна за рендген зраке. Стречер треба да је пропустан на рендген зраке целом дужином и да има место за постављање касете.		
2.4. Опремљен одговарајућим душеком, дебљине минимум 70mm.		
2.5. Ергономски обликован са шипком за гурање на узглављу.		
2.6. Тежине до 120kg.		
2.7. Максимална носивост 220kg и више.		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)