



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Број 61- 67

07-03-2016 године
БЕОГРАД

У отвореном поступку јавне набавке добара број 104/14: Медицинска опрема за кардиологију, по партијама, на основу члана 107. став 1. и став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), у даљем тексту Закон, Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, Београд, доноси

ОДЛУКУ

1. Одбијају се неприхватљиве понуде понуђача:
 - „Medigala“ д.о.о. из Београда, „TPS Technomed“ д.о.о. из Београда, „Medtech“ д.о.о., из Београда, „Superlab“ д.о.о., из Новог Београда, и „Medical Shop“ д.о.о. из Новог Сада, за партију 1;
 - „Medical Shop“ д.о.о. из Новог Сада и „Superlab“ д.о.о. из Новог Београда, за партију 2;
 - „Superlab“ д.о.о., из Новог Београда, за партију 3;
 - TPS Technomed“ д.о.о. из Београда, „Arena Meding“ д.о.о. из Београда, „Medical Shop“ д.о.о. из Новог Сада и „Medtech“ д.о.о. из Београда, за партију 4;
2. Додељује се уговор понуђачима:
 - „Medicoline“ д.о.о. из Ниша, ул. Рајићева 36, за партију 1, за модел SM1200B, произвођача Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Кина, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је 1.090.000,00 динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (218.000,00 динара), укупан износ понуде је 1.308.000,00 динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је 60 дана од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је 70 дана од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;
 - рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- „Professional Medic“ д.о.о. из Гроцке, ул. Карађорђева 124 А, Ритопек, за партију 2, за модел Defibrilator BeneHeart D6, произвођача Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Ltd. Co, Кина, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је 2.389.440,00 динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (477.888,00 динара), укупан износ понуде је 2.867.328,00 динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је 50 дана од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је 60 дана од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;
 - рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- „Schiller“ д.о.о., из Београда, ул. Сићевачка 1, за партију 3, за модел FRED Easy, произвођача SCHILLER MEDICAL, Француска, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је 929.400,00 динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (185.880,00 динара), укупан износ понуде је 1.115.280,00 динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је 70 дана од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је 80 дана од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;
 - рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- „Engel“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Новака Радоњића 59, за партију 4, за модел Multi-channel ECG EM-301, произвођача Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd., Кина, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је 1.095.578,00 динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (219.115,60 динара), укупан износ понуде је 1.314.693,60 динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је 25 дана од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је 30 дана од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;
 - рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- „Schiller“ д.о.о., из Београда, ул. Сићевачка 1, за партију 5, за модел Cardiovit AT-104 PC, произвођача SCHILLER AG, Швајцарска, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је 5.709.000,00 динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (1.141.800,00 динара), укупан износ понуде је 6.850.800,00 динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је 70 дана од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је 80 дана од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;

- рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
-
- „Schiller“ д.о.о., из Београда, ул. Сићевачка 1, за партију 6, за модел BR-102 plus и Medilog AR12 plus, произвођача SCHILLER AG, Швајцарска, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је 5.889.840,00 динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (1.177.968,00 динара), укупан износ понуде је 7.067.808,00 динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је 70 дана од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је 80 дана од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;
 - рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Образложење

Предмет јавне набавке бр. 104/14 су добра: Медицинска опрема за кардиологију, по партијама, који је обликован у шест партија следећих назива, ознака из општег речника набавке и процењених вредности:

р.бр. партије	назив партије	назив и ознака из општег речника набавке	процењена вредност партије без ПДВ-а
1.	ЕКГ апарат дванаестоканални, 10 ком	кардиоваскуларни уређаји - 33123000	3.000.000
2.	Дефибрилатор, 5 ком		3.000.000
3.	Дефибрилатор, преносни, 3 ком		930.000
4.	ЕКГ апарат троканални, 22 ком		1.760.000
5.	Ергометрија, 2 ком		5.710.000
6.	Холтер систем са рекордерима за снимање ЕКГ-а и крвног притиска (2 система са РС рачунаром, 2 ЕКГ холтера и 1 холтер притиска за ВМЦ Нови Сад и ЦВМУ Београд) и 2 рекордера за притисак са припадајућим софтвером за ВБ Ниш		5.890.000

Укупна процењена вредност јавне набавке је 20.290.000,00 динара без ПДВ-а, односно 24.348.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предмет набавке се налази на редном броју 1/45 плана набавки Фонда СОВО. Новчана средства за јавну набавку обезбеђена су из извора финансирања „03“ – доприноси војних осигураника, конто економске класификације 5125.

Критеријуми за доделу уговора:

За партије 1, 2, 3, 4 и 5 додела уговора извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

За партију 6 додела уговора извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ (цена 80 пондера, квалитет 20 пондера).
У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценом, односно истим бројем пондера, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок испоруке, а ако имају исту понуђену цену, односно исти број пондера и исти рок испоруке биће изабрана понуда са краћим роком за квалитативни пријем.

Позив за подношење понуда бр. 9452–20 од 23.12.2015. године објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Рок за подношење понуда је био 25.01.2016. године до 10.00 часова. Због извршених измена и допуна конкурсне документације, у складу са чланом 63. став 5. Закона, наручилац је продужио рок за подношење понуда, до 28.01.2016. године до 10:00 часова. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
Јавно отварање понуда обављено је дана 28.01.2016. године, са почетком у 10.15 часова.

Благовремено, понуду је доставило десет понуђача:

- 1) „Medigala“ д.о.о., Господар Јевремова 45, Београд, матични број 17086596, ПИБ 101821204, који је самостално поднео понуду бр. 6/16 од 25.01.2016. године, за партију 1;
- 2) „Engel“ д.о.о., Новака Радоњића 59, Нови Сад, матични број 08797846, ПИБ 103086237, који је самостално поднео понуду бр. 1626/01 од 26.01.2016. године, за партију 4;
- 3) „TPS Technomed“ д.о.о., Маршала Толбухина 3, Београд, матични број 07427344, који је самостално поднео понуде бр. 26011/RV од 26.01.2016. године за партију 1 и бр. 26012/RV од 26.01.2016. године за партију 4;
- 4) „Profesional Medic“ д.о.о., Карађорђева 124 А, Ритопек, Гроцка, матични број 20677953, ПИБ 106772729, који је самостално поднео понуду бр. 2016-01-25/01 од 25.01.2016. године, за партију 2;
- 5) „Arena Meding“ д.о.о., Драгачевска 13А, Београд, матични број 06927459, ПИБ 102141031, који је самостално поднео понуду бр. 035/16 од 27.01.2016. године, за партију 4;
- 6) „Medical Shop“ д.о.о., Бранимира Ћосића 4, Нови Сад, матични број 08350191, ПИБ 100453196, који је самостално поднео понуду бр. 21-01/16 I од 21.01.2016. године, за партије 1, 2 и 4;
- 7) „Medtech“ д.о.о., Устаничка 144, Београд, матични број 20487674, ПИБ 105911463, који је самостално поднео понуду бр. ИД 006-16 од 28.01.2016. године, за партије 1 и 4;
- 8) „Superlab“ д.о.о., Милутина Миланковића 25, Нови Београд, матични број 17051717, ПИБ 101822498, који је самостално поднео понуду бр. P16-578 од 22.01.2016. године, за партије 1, 2 и 3;
- 9) „Medicoline“ д.о.о., Рајићева 36, Ниш, матични број 17442139, ПИБ 102128144, који је самостално поднео понуде бр. 23-16 од 26.01.2016. године за партију 1 и бр. 24-16 од 26.01.2016. године за партију 4;
- 10) „Schiller“ д.о.о., Сићевачка 1, Београд, матични број 20847131, ПИБ 107663594, који је самостално поднео понуде бр. 800/16 од 25.01.2016. године за партију 3, бр. 801/16 од 25.01.2016. године за партију 5 и бр. 802/16 од 25.01.2016. године за партију 6;

Неблаговремених понуда није било.

У вези јавног отварања понуда сачињен је записник о јавном отварању понуда, заведен под бр. 61-48 од 28.01.2016. године.

Комисија је анализирила приспеле понуде према следећем.

За партију 1 – ЕКГ апарат дванаестоканални

- Понуда понуђача „Medigala“ д.о.о., из Београда, за уређај **CARDIOEXPRESS SL12**, произвођача **SPACELABS HEALTHCARE LTD., Велика Британија**, је са битним недостатком, јер не садржи оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, као што је захтевано конкурсном документацијом.

Понуда је одговарајућа и понуђена цена од **2.925.000,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

С обзиром да понуда садржи битан недостатак, понуда је оцењена као **неприхватљива**.

- Понуда понуђача „TPS Technomed“ д.о.о., из Београда, за уређај **CARDIPIA 800**, произвођача **TRISMED CO., LTD., Јужна Кореја**, има битан недостатак, јер је меница за озбиљност понуде број **AB 8594746** регистрована на износ **65.418,00** динара, што је мање од 3% вредности понуде.

Понуда је неодговарајућа због неиспуњавања/недостатка доказа за тражене техничке карактеристике, под следећим тачкама:

8. тражено: мора да поседује потпуну водо-непропусну алфанумеричку тастатуру
понуђено: нема одговарајућих података у достављеној документацији; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
9. тражено: мора да поседује могућност звучног регистровања QRS комплекса;
понуђено: у достављеном каталогу није наведена могућност звучног регистровања QRS комплекса;
15. тражено: пуњење потпуно испражњене батерије до 90% капацитета за макс. 8,5 часова, до 60% капацитета за макс. 3,5 часа);
понуђено: нема одговарајућих података у достављеној документацији; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
17. тражено: уз апарат се испоручује минимално следећи прибор:
ЕКГ пацијент кабл – 1 ком
грудно-усисне електроде – 6 ком
екстремитетне електроде, штапаљке – 4 ком
струјни кабл – 1 ком
паковање папира – 1 ком
понуђено: нема одговарајућих података у достављеној документацији; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику.

Понуђена цена од **2.181.600,00** динара, без ПДВ-а, је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 10.02.2016. године упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећих разлога:

а) У понуди је, у обрасцу структуре цене за партију 1, под редним бројем 1 у табели, наведено да је укупна цена без ПДВ-а 2.181.600,00 динара, а у рубрици УКУПНО (без ПДВ-а) 2.180.600,00 динара, па је било потребно да се понуђач сагласи са исправком рачунске грешке, односно да цена укупно (без ПДВ-а) износи 2.181.600,00 динара.

б) За наведену партију, меница за озбиљност понуде, број АВ 8594746; регистрована је на износ 65.418,00 динара, што је мање од 3% вредности понуде, што износи 65.448,00 динара, с обзиром да је вредност понуде 2.181.600,00 динара, а не 2.180.600,00 динара; захтевано је да понуђач прибави и достави сагласност банке да меница број АВ 8594746 може да се наплати на износ од 65.448,00 динара.

Понуђач је одговорио да је сагласан са исправком рачунске грешке, односно да цена укупно (без ПДВ-а) износи 2.181.600,00 динара, али да не постоји могућност да банка изда сагласност за измену износа већ регистроване менице. Стога је предложио да достави нову регистровану меницу на износ од 65.448,00 динара, што наручилац није прихватио, јер на основу Закона, по истеку рока за подношење понуда, наручилац не може да дозволи промену елемената понуде, као што је и одговорено понуђачу.

Понуда је са битним недостатком, неодговарајућа је, понуђена цена од 2.181.600,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију. С обзиром да је понуда са битним недостатком и неодговарајућа, оцењена је као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „**Medical Shop**“ д.о.о., из Новог Сада, за уређај **CardiMax FX 8322**, произвођача **FUKUDA DENSHI CO., LTD., Јапан**, је без битних недостатака и понуђена цена од **2.790.000,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 08.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога:

Као модел за ЕКГ апарат дванаестоканални у образцу понуде је наведен модел **CardiMax FX-8322, Fukuda Denshi Co. Ltd.** У складу са захтевима из конкурсне документације, за доказивање тражених техничких карактеристика достављена је проспектна документација и техничка спецификација понуђеног добра (*technical data sheet*), којима би требало да се потврде тражене техничке карактеристике. Међутим, није било евидентно да ли понуђено добро испуњава следеће:

а) ставка 2.1 (да ли поседује *Cabrera mode*),

б) ставка 8. (да ли поседује потпуну водо-непропусну алфанумеричку тастатуру), па је захтевано да понуђач достави информацију где се тачно у понуди налазе објективни докази о томе.

Понуђач је одговорио следеће:

а) ставка 2.1 (да ли поседује *Cabrera mode*) - понуђени ЕКГ апарат нема опцију *Cabrera mode*, апарат поседује напредни софтвер за анализу и јасан илустровани приказ делова срца пацијената код којих постоји сумња на оболење;

б) ставка 8 (да ли поседује потпуно водо-непропусну алфанумеричку тастатуру) - понуђени ЕКГ апарат поседује водо-непропусну алфанумеричку тастатуру (али такав доказ није достављен у оквиру понуде, јер произвођач у достављеним проспектима и оригиналном упутству није навео такав вид заштите из разлога што Fukuda Denshi Co. Ltd., као произвођач, испуњава стандарде у складу са IEC 60601-1 за електромедицинску опрему).

Осим тога, понуђач је као прилог доставио оригиналну изјаву произвођача (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) која се односи на горе наведена појашњења.

Међутим, с обзиром да није испуњена техничка карактеристика из ставке 2.1 (понуђени ЕКГ апарат нема опцију Cabrera mode) и да није достављен адекватан доказ за ставку 8., понуда је оцењена као неодговарајућа, па самим тим и као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „Medtech“ д.о.о., из Београда, за уређај PE12, произвођача SonoScape Company Ltd., је са битним недостацима, јер у понуди није достављена тражена документација и то:

- важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а;
- оригинална проспектна документација и техничка спецификација понуђеног добра (*technical data sheet*);
- оригинална изјава произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке.

Изјава понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра у гарантном и постгарантном року на подручју Р.Србије (лоциран у Р.Србији) са најмање једним запосленим сертификованим сервисером, није потписана од стране овлашћене особе и није печатирана.

Понуђена цена од **2.950.000,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 10.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога.

У понуди је достављена копија картона депонованих потписа, издатог дана 05.05.2014. године. С обзиром да је јавно отварање понуда одржано дана 28.01.2016. године, а услов из конкурсне документације у вези средстава финансијског обезбеђења био је, између осталог, достављање копије важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, оверене оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда), потребно је било да понуђач појасни да ли је картон депонованих потписа био важећи и на дан отварања. Уколико јесте, тражено је да достави копију истог картона са датумом који је у складу са условима из конкурсне документације.

Понуђач је потврдио да је картон депонованих потписа био важећи и на дан отварања и доставио је у прилогу копију истог картона оверену од стране банке, са датумом који је у складу са условима из конкурсне документације.

С обзиром да понуда садржи битне недостатке, оцењена је као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „Superlab“ д.о.о., из Новог Београда, за уређај Cardio M Plus, произвођача MEDICAL ECONET GMBH, Немачка, је са битним недостатком, јер не садржи оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, као што је захтевано конкурсном документацијом. Понуђена цена од 1.769.600,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

Понуда је неодговарајућа због неиспуњавања/недостатка доказа за тражене техничке карактеристике, под следећим тачкама:

1. тражено: 12-канални струјно-батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од минимално 2 часа;
понуђено: 12-канални струјно-батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од 1 часа;
- 2.1. тражено: минимум 4 мода за приказ ЕКГ сигнала: 3-канални мод, 6-канални мод, 12-канални мод и Cabrera мод;
понуђено: 3 мода за приказ ЕКГ сигнала: 3-канални мод, 6-канални мод, 12-канални мод, без Cabrera мода;
- 2.6. тражено: стање филтера ЕКГ сигнала (укључен/искључен);
понуђено: без стања филтера ЕКГ сигнала (укључен/искључен);
4. тражено: учестаност узорковања (Sampling frequency) минимално 1000 Hz;
понуђено: нема података о учестаности узорковања; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
5. тражено: мора да поседује 3/6/12-канални термални штампач са опцијама брзине: 5, 10, 25 и 50 mm/s;
понуђено: опције брзине штампача: 12.5, 25, 50 mm/s;
8. тражено: мора да поседује потпуну водо-непропусну алфанумеричку тастатуру;
понуђено: нема података о захтевној техничкој карактеристици; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
10. тражено: мора да поседује могућност подешавања најмање 2 формата извештаја: XML, JPG, PDF
понуђено: нема података о форматима извештаја; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

С обзиром да је понуда са битним недостатком и неодговарајућа, оцењена је као неприхватљива.

➤ Понуда понуђача „Medicoline“ д.о.о., из Ниша, за уређај CM1200B, произвођача Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Кина, је без битних недостатака, и понуђена цена од 1.090.000,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 08.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога:

Као модел за ЕКГ апарат дванаестоканални у образцу понуде, наведен је модел CM1200B, COMEN. У складу са захтевима из конкурсне документације, за

доказивање тражених техничких карактеристика понуђач је доставио проспектну документацију и техничку спецификацију понуђеног добра (*technical data sheet*), којима би требало да потврди тражене техничке карактеристике.

За доказивање карактеристика из ставке 2.1 (минимум 4 мода за приказ ЕКГ сигнала: 3-канални мод, 6-канални мод, 12-канални мод и Cabrera мод), понуђач се позвао на страну 3 из *technical data sheet*, па је било потребно да појасни шта се подразумева под формулацијом „Standard/Cabrera 12 leads“ (што је наведено у *technical data sheet*).

Понуђач је одговорио да понуђени модел ЕКГ апарата CM1200В, поред приказа и повезивања стандардних 12 канала, поседује и могућност приказа и повезивања Cabrera мода. Такође је напоменуо да је на осталим страницама каталога и *technical data sheet-a*, обележено да понуђени модел ЕКГ апарата поседује и приказ 3-каналног мода, 6-каналног мода, 12-каналног мода, у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Понуда је оцењена као одговарајућа.

Понуда је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена је у оквиру процењене вредности. Из ових разлога понуда је оцењена као **прихватљива**.

За партију 2 - дефибрилатор

➤ Понуда понуђача „Profesional Medic“ д.о.о., из Гроцке, за уређај BeneHeart D6, произвођача Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Кина, је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена од **2.389.440,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију. Из ових разлога понуда је оцењена као **прихватљива**.

➤ Понуда понуђача „Medical Shop“ д.о.о., из Новог Сада, за уређај Corpuls³ Defibrillator/Pacemaker with monitor, произвођача GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH, Немачка, је без битних недостатака и одговарајућа, али је понуђена цена од **10.860.000,00** динара без ПДВ-а **виша** од процењене вредности за дату партију. Из овог разлога понуда је оцењена као **неприхватљива**

➤ Понуда понуђача „Superlab“ д.о.о., из Новог Београда, за уређај PRIMEDIC DefiMonitor EVO II, произвођача Metrax GmbH, Немачка, је са битним недостатком, јер не садржи оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, као што је захтевано конкурсном документацијом.

Понуда је одговарајућа, али је понуђена цена од **5.284.500,00** динара без ПДВ-а **виша** од процењене вредности за дату партију.

Из наведених разлога понуда је оцењена као **неприхватљива**.

За партију 3 – дефибрилатор, преносни

➤ Понуда понуђача „Superlab“ д.о.о., из Новог Београда, за уређај PRIMEDIC DefiMonitor XD100, произвођача Metrax GmbH, Немачка, је са битним недостатком, јер не садржи оригиналну изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7

(седам) година од момента испоруке, као што је захтевано конкурсном документацијом.

Понуда је неодговарајућа, због неиспуњавања/недостатка доказа за тражене техничке карактеристике, под следећим тачкама:

4. тражено: капацитет батерије мин. 180 шокова са максималном енергијом или 3,5 часа мониторинга пацијента;
понуђено: 160 шокова;
6. тражено: у полуаутоматском режиму рада апарат мора сам да препозна поремећај ритма за дефибрилацију у складу са актуелним међународним препорукама и да корисника на српском језику звучно и визуелно води кроз поступак дефибрилације;
понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
7. тражено: у мануелном режиму рада апарат мора да кориснику омогући самостални избор тренутка за пуњење енергије и испорука електрошокова/независно од полуаутоматског режима рада;
понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
10. тражено: у зависности од прикључених електрода (деца/одрасли) у полуаутоматском режиму рада дефибрилатор мора самостално да препозна и прилагоди количину енергије за испоруку прикљученом пацијенту;
понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
13. тражено: када је укључен, дефибрилатор мора да омогући и континуирано снимање у меморији апарата мин. 90-минутног континуираног ЕКГ-а, 90 минута звучног дешавања око дефибрилатора и мин 300 догађаја о процесу дефибрилације (испоручени шокови, изабрана енергија, резултати анализе ритма.);
понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
14. тражено: дефибрилатор мора да поседује софтвер за звучно давање срчаног ритма ради правилног извођења КПП-а;
понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
15. тражено: дефибрилатор мора да поседује ИП 54 стандард заштите од прашине и течности;
понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;
16. тражено: опсег радне температуре дефибрилатора -5 до 40 степени С или шире;

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

17. тражено: тежина дефибрилатора са батеријом до 3 кг;

понуђено: approx. 5,9 kg

18. тражено: апарат се испоручује са следећим прибором:

- транспортна торба - 1 ком.

- самолепљиве електроде за одрасле – 6 пари

- припадајућа батерија – 1 ком.

понуђено: 1 DefiMonitor XD100, 1 AkuPak LITE, 1 SavePads AED connect, 1 SaveCard, 1 SavePads connect cable, ECG Electrodes, 1 ECG patient cable 3-pole, 1 Power Cord, 1 Gel for electrodes, 1 Printer paper, EKG Viewer

Понуђена цена од **1.633.944,00** динара без ПДВ-а је **виша** од процењене вредности за дату партију.

С обзиром да је понуда са битним недостатком, неодговарајућа и понуђена цена је изнад процењене вредности за дату партију, оцењена је као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „Schiller“ д.о.о., из Београда, за уређај FRED Easy, произвођача SCHILLER MEDICAL, Француска, је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена од **929.400,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

Из ових разлога понуда је оцењена као **прихватљива**.

За партију 4 - ЕКГ апарат троканални

➤ Понуда понуђача „Engel“ д.о.о., из Новог Сада, за уређај Multi-channel ECG EM-301, произвођача Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd., Кина, је без битних недостатака и понуђена цена од **1.095.578,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 24.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога:

У понуди је, као доказ испуњавања техничких карактеристика из тачке 17. тражених техничких карактеристика, достављена копија прилога оригиналног каталога произвођача (*Appendix A Packaging and Accessories*), у којој се, између осталог, наводи:

„Limb electrodes (clamp) 1

Chest electrodes (suction ball) 1“.

Тражено је да понуђач појасни шта означавају наведени неименовани бројеви.

Понуђач је одговорио да се Limb electrodes (clamp) 1 односи на једно паковање електрода екстремитета (у паковању се налазе четири електроде), а Chest electrodes (ball) 1 се односи на једно паковање сукционих електрода (у паковању се налази шест електрода).

У складу са чланом 79. Закона и сходно условима из конкурсне документације, понуђачу је дана 26.02.2016. године, упућен захтев за достављањем доказа о испуњености услова, односно да достави на увид оригинал или оверене фотокопије изјаве произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког

потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, као што је захтевано конкурсном документацијом.

Понуђач је дана 03.03.2016. године доставио тражени доказ.

С обзиром да је понуда без битних недостатака, одговарајућа и да је понуђена цена у оквиру процењене вредности, понуда је оцењена као **прихватљива**.

➤ Понуда понуђача „TPS Technomed“ д.о.о., из Београда, за уређај **CARDIPIA 400**, произвођача **TRISMED CO., LTD., Јужна Кореја**, је без битних недостатака, али је неодговарајућа, због неиспуњавања/недостатка доказа за тражене техничке карактеристике, под следећим тачкама:

2. тражено: батерија за мин. 3 сата рада апарата;

понуђено: батерија за 2 сата рада апарата;

7. тражено: интегрисан ЕКГ дисплеј са приказом следећих параметара:

– мин. 3 ЕКГ канала

– срчана фреквенца

– сигнализатор лоше постављене електроде

– актуелна брзина и амплитуда ЕКГ-а

– статус филтера

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

10. тражено: могућност подешавања више различитих формата штампе

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

14. тражено: QRS Веерг (звучно регистровање сваког QRS комплекса)

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

17. тражено: сваки апарат мора да садржи комплетан стандардни прибор за рад:

– 10-жилни ЕКГ пацијент кабл са интегрисаном заштитом од дефибрилације пацијента

– пракордијалне електроде пумпице, 6 ком

– екстремитентне електроде/штипаљке, 4 ком

– ЕКГ папир, 3 ролне

– мрежни кабл

– гел, 1 ком

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ за тражену карактеристику; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику.

Понуђена цена од **3.366.000,00** динара без ПДВ-а је **виша** од процењене вредности за дату партију.

С обзиром да је понуда неодговарајућа и понуђена цена је изнад процењене вредности за дату партију, оцењена је као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „**Arena Meding**“ д.о.о., из Београда, за уређај **MAC 600 ECG**, произвођача **GE Medical Systems Information Technologies, SAD**, је без битних недостатака и одговарајућа, али је понуђена цена од **1.838.672,00** динара без ПДВ-а **виша** од процењене вредности за дату партију.
Из тог разлога понуда је оцењена као **неприхватљива**

➤ Понуда понуђача „**Medical Shop**“ д.о.о., из Новог Сада, за уређај **CardiMax FX 7202**, произвођача **FUKUDA DENSHI CO., LTD.**, Јапан, је без битних недостатака и одговарајућа, али је понуђена цена од **4.158.000,00** динара без ПДВ-а **виша** од процењене вредности за дату партију.
Из тог разлога понуда је оцењена као **неприхватљива**

➤ Понуда понуђача „**Medtech**“ д.о.о., из Београда, за уређај **SonoScape Company LTD**, је са битним недостацима, јер у понуди није достављена тражена документација и то:

- важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а;
- оригинална проспектна документација и техничка спецификација понуђеног добра (*technical data sheet*);
- оригинална изјава произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке;

Понуђена цена од **1.496.000,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 10.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога.

У понуди је достављена копија картона депонованих потписа, издатог дана 05.05.2014. године. С обзиром да је јавно отварање понуда одржано дана 28.01.2016. године, а услов из конкурсне документације у вези средстава финансијског обезбеђења био је, између осталог, достављање копије важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, оверене оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда), потребно је било да понуђач појасни да ли је картон депонованих потписа био важећи и на дан отварања. Уколико јесте, тражено је да достави копију истог картона са датумом који је у складу са условима из конкурсне документације.

Понуђач је потврдио да је картон депонованих потписа био важећи и на дан отварања и доставио је у прилогу копију истог картона оверену од стране банке, са датумом који је у складу са условима из конкурсне документације.

С обзиром да понуда садржи битне недостатке, оцењена је као **неприхватљива**.

- Понуда понуђача „Medicoline“ д.о.о., из Ниша, за уређај CM600, произвођача Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Кина, је без битних недостатака и понуђена цена од 1.738.000,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 19.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога:

За доказивање карактеристика из ставке 7. тражених техничких карактеристика, понуђач се позивао на страну 2 из каталога, где није било евидентно испуњавање свих захтеваних параметара (изузев за приказ мин. 3 ЕКГ канала на дисплеју), па је било потребно да појасни где се у понуди може наћи објективан доказ да понуђени уређај поседује интегрисан ЕКГ дисплеј са приказом осталих параметара:

- срчана фреквенца,
- сигнализатор лоше постављене електроде,
- актуелна брзина и амплитуда ЕКГ-а,
- статус филтера.

Понуђач је одговорио у предвиђеном року, односно дао адекватна додатна појашњења, на основу којих се могло констатовати испуњавање техничких карактеристика из ставке 7. тражених техничких карактеристика, па је понуда оцењена као одговарајућа.

Понуда је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена је у оквиру процењене вредности. Из ових разлога понуда је оцењена као **прихватљива**.

За партију 5 - ергометрија

- Понуда понуђача „Schiller“ д.о.о., из Београда, за уређај Cardiovit AT-104 PC, произвођача SCHILLER AG, Швајцарска, је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена од 5.709.000,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

Из ових разлога понуда је оцењена као **прихватљива**.

За партију 6 - Холтер систем са рекордерима за снимање ЕКГ-а и крвног притиска и рекордер за притисак са припадајућим софтвером

- Понуда понуђача „Schiller“ д.о.о., из Београда, за уређаје BR-102 plus и Medilog AR12 plus, произвођача SCHILLER AG, Швајцарска, је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена од 5.889.840,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

Из ових разлога понуда је оцењена као **прихватљива**.

Након стручне оцене понуда, комисија је све прихватљиве понуде рангирала на основу датих критеријума за доделу уговора и то по следећем:

За партије 1, 2, 3, 4 и 5: Применом критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“.

За партију 6: Применом критеријума за доделу уговора „економски најповољнија понуда“ (цена 80 пондера, квалитет 20 пондера) на следећи начин:

Цена се пондерисше по следећем:

Понуђачу са најнижом понуђеном ценом додељује се 80 пондера, а за остале понуде број пондера се израчунава по формули:

Најнижа понуђена цена x 80
Понуђена цена

Прихватљиве понуде су пондерисане према следећој табели:

Карактеристике и начин пондерисања	„Schiller“ д.о.о.
	Број пондера за квалитет
Софтвер за дугорочну анализу снимљеног ЕКГ-а и вредности крвног притиска: Аутоматска анализа мора да омогући тачно дефинисање QRS комплекса са прецизношћу минимално 50% - прецизност препознавања мора да буде студијски или клинички доказана - Прецизност 50%, 0 пондера - Прецизност 51-90%, 1 пондер - Прецизност 91% и више, 3 пондера	3
Модул за анализу ЕКГ холтер снимка: - Могућност надоградње “sleep арпеа” софтвером за регистровање поремећаја у дисању, 0 пондера - Поседовање “sleep арпеа” софтвера за регистровање поремећаја у дисању, 5 пондера	0
3. ЕКГ холтер рекордери - Sampling rate минимум 6.000 Hz, са минимум 12-битном резолуцијом, 0 пондера - Sampling rate минимум 8.000 Hz, са минимум 15-битном резолуцијом, 5 пондера	5
ЕКГ холтер рекордери: Рекордер не поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 0 пондера Рекордер поседује могућност стварне детекције Р-таласа, 1 пондер	1
ЕКГ холтер рекордери: Рекордер нема аутоматски тест исправности пацијент кабла, 0 пондера Рекордер има аутоматски тест исправности пацијент кабла, 1 пондер	1
ЕКГ холтер рекордери: Нема могућност надоградње рекордера SpO ₂ сензором, 0 пондера Могућност надоградње рекордера SpO ₂ сензором, 5 пондера	5
Број пондера за квалитет:	15
Број пондера за цену:	80
Укупан број пондера:	95

На основу извештаја комисије о стручној оцени понуда, одлучио сам као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

СВ/лок. 32-533

