



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 52 - 10

18-01-2016 године

Измену конкурсне документације,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. **ЈН 35/15 – Артроскопски стуб са инструментима и техничким потрошним материјалом**, по партијама, за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију ВМА.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, наручилац свим заинтересованим лицима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 35/15, доставља следећу измену конкурсне документације.

Питање 1: „Партија 1., ставка 8 – Optika 30st,2,4-2,8mm x 12cm min дуж.аутоклавабилна, да ли је прихватљива дужина од 7-8cm с обзиром да су оптике тог промена намењене мањим зглобовима и произвођачи препоручују краће оптике?“

ОДГОВОР 1: Наручилац врши измену конкурсне документације тако да **ставка 8.** за партију 1 гласи: „Оптика 30st, 2,4-2,8mmx7cm min дужине аутоклавабилна, 1 комад“

Питање 2: „Партија 1., ставка 9- Optika 30st, 4 mm x 16,5cm min дужине аутоклавабилна да ли је прихватљива дужина min 15cm уместо 16,5cm, јер дуже оптике произвођачи препоручују за кук?“

ОДГОВОР 2: Наручилац врши измену конкурсне документације тако да **ставка 9.** за партију 1 гласи: „Оптика 30st, Ø4,0mmx15cm min дужине аутоклавабилна, 2 комада“

Сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Наручилац продужава рок за подношење понуда тако да је нови рок за подношење понуда 28.01.2016. године до 13:00 часова. **Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 28.01.2016.** године у 13:15 часова.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог: измењена страна 34/60 конкурсне документације.

В.Ј. ВЈ/32-533

Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета



6 - I – 4 спецификација коју понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује

| ТРАЖЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА (табелу обавезно попунити): | Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и/или техничкој спецификацији односно понуди |
|---|---|--|
| 1. Камера са „image capture“модулом, 1 комад. | | |
| 2. Глава камере HD аутоклавабилна, 1 комад. | | |
| 3. Колица за интеграцију са видео документационим системом, 1 комад. | | |
| 4. Извор светла LED за артроскоп, 1 комад. | | |
| 5. Светлосни кабал дужине минимум 300cm, аутоклавибилан, фиброоптички, светлећи, 5 комада. | | |
| 6. Монитор величине минимум 25" High definition, 1 комад. | | |
| 7. Систем за видеодокументацију, база података, могућност мрежног повезивања, више улаза USB-а, са одговарајућим софтвером, 1 комад. | | |
| 8. Оптика 30st, 2,4-2,8mmx7cm min дужине аутоклавабилна, 1 комад. | | |
| 9. Оптика 30st, Ø4,0mmx15cm min дужине аутоклавабилна, 2 комада. | | |
| 10. Кошуљица за оптику 2,4-2,8mm, 2 вентила, аутоклавабилна са обтуратором, 1 комад. | | |
| 11. Кошуљица за оптику 4,0mm, 2 вентила, аутоклавабилна са обтуратоом, 1 комад. | | |
| 12. Артроскопска пумпа, 1 комад. | | |
| 13. Сет црева за пумпу и пацијента, 50 комада. | | |
| 14. Шејвер конзола, 1 комад. | | |
| 15. Дршка за шејвер са ручним командама, аутоклавабилна, 1 комад. | | |
| 16. Ножићи за шејвер за ткиво, агресивни, мекоткивни, димензија од 3-5mm, више димензија, 25 комада. | | |
| 17.Ножићи за шејвер за кост, овални пречника 3-6mm,више димензија, 5 комада. | | |
| <p>Место и датум: _____</p> <p style="text-align: right;">Понуђач: _____ (штампано име и презиме одговорне особе)</p> <p style="text-align: center;">М.П. (читак отисак печата)</p> <p style="text-align: right;">_____ (потпис)</p> | | |