



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Број 53 - 117

19-01-2018 године

Одговор,  
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. ЈН 39/15 – Офтамолошка опрема, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, наручилац свим заинтересованим лицима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 39/15, доставља следећи одговор:

**ПИТАЊЕ:** „У вашем одговору на наша питања у вези са конкурсном документацијом за ЈН бр 39/15 – офтамолошка опрема, за партију 3 Апарат за операцију катаракте методом факоемулзификације са две ултразвучне сонде молимо да разјасните следеће.

У Одговору на питање број 2, навели сте да је најбитнија техничка карактеристика управо ултразвучна карактеристика, и да ћете прихватити било коју спецификацију која је боља. Молим вас да се изјасните којим средством или документом можемо доказати да је ултразвучна карактеристика једне сонде боља од друге. Такође пошто се ово односи на најбитнију техничку карактеристику према вашој процени нема разлога да се не може применити и на остале техничке карактеристике уколико понуђач може доказати да су боље или једнаке. Поново напомињемо да торзиона технологија као таква је власништво само једне компаније на свету и да стављањем ове спецификације на тендер директно нарушавате Начело обезбеђивања конкуренције, члана 10, Закона о јавним набавкама

У Одговору на питање број 1, навели сте да модерне машине за операцију катаракте користе перисталтичке пумпе. Међутим, перисталтичка пумпа је једна од најстаријих пумпи које се користи за факоемулзификацију. На контролу у току операције првенствено утиче комбинација флуидике затвореног система, компјутерска контрола апарата и контрола самог хирурга. Перисталтичка и вентури пумпа носе свака своју предност и користе се паралелно у модерној хирургији катаракте, чак произвођачи попут Geuder-a, АМО и Alcon-a нуде обе пумпе паралелно на својим машинама. Дискриминација против машина које имају обе пумпе или вентури пумпу нема основе у медицинској пракси, а светска стручна јавност сврстава ове машине раме уз раме и поједнако су заступљене у медицинској пракси.

У одговору на Питање број 3 наводите да постоји више светских произвођача који имају контролу ИОП на апарату за факоемулзификацију, међутим постоји само један произвођач, чиме се директно нарушава Начело обезбеђивања конкуренције, члана 10, Закона о јавним набавкама

Молимо вас да још једном размотрите наш захтев за додатним појашњењем од 11.01 као и горе постављена питања И измените конкурсну документацију, пошто ваш одговор објављен на порталу УЈН 14.01. нарушава Начело обезбеђивања конкуренције, члана 10, Закона о јавним набавкама. У супротном бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права.“

**ОДГОВОР:** Наручилац се приликом обликовања партија руководи својим објективним потребама и начелима добре медицинске праксе и своје захтеве обликовао онако како би њиховим испуњавањем његове потребе и потребе пацијената биле најефикасније задовољене.

Клиника за очне болести ВМА као Универзитетска клиника има потребу рада на што савременијим апаратима, какви су апарати са траженом спецификацијом у партији 3, којима се омогућује лакши и флексибилнији рад током операције катаракте, што побољшава квалитет рада и даје боље постоперативне резултате, а уједно и омогућава лакшу обуку млађег кадра, што је један од приоритета клинике.

Чланом 70. Став 1 Закона о јавним набавкама предвиђено је да техничке спецификације и документација представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добра. Оне морају омогућити да се добра која се набављају опишу на начин **који је објективан и који одговара потребама наручиоца што смо ми и учинили, ценећи све наше специфичности и планове за будући рад.**

Такође, конкуренција међу понуђачима **не значи да се сваком од заинтересованих понуђача мора омогућити да учествује у поступку јавне набавке, а на уштрб квалитета и просперитета у раду односно пружања услуга нашим пацијентима.** Наиме, у постављању захтева који се морају испунити да би се учествовало у поступку Наручилац није обавезан да их дефинише тако да ове захтеве може да испуни свако од правних или физичких лица заинтересованих за закључење уговора и у том смислу прилагоди партије асортиману сваког понуђача, односно на уштрб квалитета услуга које се пружају нашим пацијентима.

По сазнањима Наручиоца на тржишту постоји **више понуђача** који могу понудити тражено добро са траженим спецификацијама у партији 3, из чега јасно произилази да је обезбеђена конкуренција у погледу траженог добра. Партија није прилагођена асортиманима појединих произвођача/понуђача јер Наручилац не прилагођава партије понуђачима већ сопственим објективним потребама и потребама својих пацијената. Сходно свему наведеном Наручилац **остаје при захтевима** из конкурсне документације.

**Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.**

ВЈ/32-533

Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета

