



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 53 - 51
01 ФЕВ 2016 године

Одговор,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. ЈН 39/15 – Офтамолошка опрема, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, наручилац свим заинтересованим лицима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 39/15, доставља следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1: „1. Партија 8 – Биомикроскоп. У делу, спецификација које понуђено добро мора да поседује тражи се:

1.1 Ленс објектива: $F=127\text{mm}$

1.11 Повећање у преносу светла 20%

1.12 Повећање видног поља 10%

1.13 Шпалт лампа и биомикроскоп морају бити компатибилни.

Сваки биомикроскоп има одговарајући фокус који је укомпонован са наслоном за главу. Разне шпалт лампе имају разне фокусе.

Да ли је $F=127\text{mm}$ по нечему специфичан па тражите искључиво ту вредност фокуса?

Предлажемо да ту спецификацију бришете или поставите у распону од 100-150mm на пример: Повећање у преносу светла 20% у односу на шта? Чиме се доказује овај захтев?

Повећање видног поља 10% односно ширина видног поља 10% у односу на шта или од чега? Чиме се доказује овај захтев?

На који начин се доказује став из 1.13?

Претпоставка је да произвођач производи и продаје Биомикроскоп или шпалт лампу тако да је она функционална. Односно да биноклари и извор светла стоје у односу како треба, а не у односу како не треба.

Дакле они су компатибилни по дефиницији.“

ОДГОВОР 1: По овом питању нема измене конкурсне документације.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/32-533

Достављено:

- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета

