



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 6585-15
26.08.2015. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Дијагностички агенси и опрема за
детекцију гаса бр. 6585/15,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 26.08.2015. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: За партију 123: Молимо Вас да прецизно дефинишете паковање тражене РРМІ подлоге. Да ли је потребно понудити 20 ком паковања од 100мл, 500мл или 1000мл?

Одговор: За партију 123 тражено је у грамима, а не у милилитрима. Тако да је потребно да у једном комаду буде 10,4г/л супстанце.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. Зоран Шегрт

Достављено:

-у омот предмета 6585/15

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС