



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање

војних осигураника

Бр. 55-~~8~~

03-01-2018. године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 29.12.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 40/17 Медицински и дијагностички комплети**, по следећем:

Питање бр. 1, Партија број 90:

„Forceps za transbronhijalnu biopsiju, za višekratnu upotrebu, sa ovalnim fenestriranim kašikama, dužine 1100mm, za bronhoskop radnog kanala 2mm“

Да ли се прихвата форцепс за виšekратну употребу дужине 1050mm?

Питање бр. 2, Партија број 80:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035 inch; **dužina balona 40-55mm**; spoljni prečnik balona 8mm; radna dužina 1800mm; minimalni radni kanal 2,8mm“

Да ли се прихвата балон за дилатацију радне дужине 1800-2400mm; дужине балона од 55-90mm?

Питање бр. 3, Партија број 81:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035 inch; **dužina balona 40-55mm**; spoljni prečnik balona 10mm; radna dužina 1800mm; minimalni radni kanal 2,8mm“

Да ли се прихвата балон за дилатацију радне дужине 1800-2400mm; дужине балона од 55-90mm, промера 10,5mm?

Питање бр. 4, Партија број 82:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; sa ugradjenim vodičem; dužina balona 80mm; spoljni prečnik balona 12mm; radna dužina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8mm“

Да ли се прихвата балон за дилатацију радне дужине 1800-2400mm; дужине балона од 55-90mm?

Питање бр. 5, Партија број 83:

„Balon za dilataciju kolona; dužina balona 30mm; spoljasnji precnik 8mm; radna dužina 2400mm; minimalni radni kanal 2,8mm“

Да ли се прихвата балон за дилатацију радне дужине 1800-2400mm; дужине балона од 55-90mm?

Питање бр. 6, Партија број 84:

„Balon za dilataciju kolona; dužina balona 30mm; spoljasnji prečnik 12mm; radna dužina 2400mm; minimalni radni kanal 2,8mm“

Да ли се прихвата балон за дилатацију радне дужине 1800-2400mm; дужине балона од 55-90mm?

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

1. Партија бр. 90 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 90 и гласи:

„Forceps za transbronhijalnu biopsiju, za višekratnu upotrebu, sa ovalnim fenestriranim kašikama, **dužine 1050mm-1100mm**, za bronhoskop radnog kanala 2mm.“

2. Партија бр. 80 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 80 и гласи:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035 inch; **dužina balona 40-90mm**; spoljni prečnik balona 8 mm; **radna dužina 1800-2400 mm**; minimani radni kanal 2,8 mm.“

3. Партија бр. 81 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 81 и гласи:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035 inch; **dužina balona 40-90mm**; spoljni prečnik balona 10-10,5mm; **radna dužina 1800-2400 mm**; minimani radni kanal 2,8 mm.“

4. Партија бр. 82 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 82 и гласи:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; sa ugrađenim vodičem; **dužina balona 55-90mm**; spoljni prečnik balona 12 mm; **radna dužina 1800-2400 mm**; minimani radni kanal 2,8 mm.“

5. Партија бр. 83 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 83 и гласи:

„Balon za dilataciju kolona; **dužina balona 30-90 mm**; spoljašnji prečnik 8 mm; **radna dužina 1800-2400 mm**; minimalni radni kanal 2,8 mm.“

6. Партија бр. 84 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 84 и гласи:

„Balon za dilataciju kolona; **dužina balona 30-90 mm**; spoljašnji prečnik 12 mm; **radna dužina 1800-2400 mm**; minimalni radni kanal 2,8 mm.“

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношењен понуда.

ВН

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета