



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 55-8
03-01-2018 године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 29.12.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 40/17 Медицински и дијагностички комплети**, по следећем:

„Питање бр. 1, Партија број 8, молим да се прошири спецификација за партију 8 тако да гласи: „Set stent ureteralni, 7f/28 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 145-150cm, dužina gurača **40-50cm**, graduisan celom dužinom, radiopaktan“.

„Питање бр. 2, Партија број 9, молим да се прошири спецификација за партију 8 тако да гласи: „Set stent ureteralni, F6/28cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 145-150cm, dužina gurača **40-50cm**, graduisan celom dužinom, radiopaktan“.

„Питање бр. 3, Партија број 23, молим да се прошири спецификација за партију 8 тако да гласи: „TOT traka za stress inkontinenciju kod žena (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima“.

„Питање бр. 4, Партија број 24, молим да се прошири спецификација за партију 8 тако да гласи: „Ženski sling sistem sa jednom incizijom - Stalni sintetički sling sa ankerima (Inside-out) Pleteni monofilamentni-propilen niske elasticnosti 7,45%, dimenzija slinga 7,75cm sterilan jednokratan. Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu“.

„Питање бр. 5, Партија број 25 молим да се прошири спецификација за партију 25 тако да гласи: „Sistem za korekciju prednjeg vaginalnog zida sa jednom incizijom, sastoji se od jedne prilagodjeno sečene mrežice smartmesh strukture. Mrežica je sterilna, oblikovana, polipropilenska sa 4 kraka (2 gornja kraka sa rasponom širine 16cm i 2 donja kraka sa rasponom širine 11cm kod korekcije prednjeg zida; 2 gornja kraka sa rasponom širine 14cm i 1 donji krak sa rasponom širine 4,5cm i visine 15cm kod korekcije zadnjeg zida) Težina mrežice je 19g/m2. Instrument za transvaginalno postavljanje sadrži uređaj za isporuku sa flexishaftom (rotacija glave u svim pravcima za 15 stepeni) i kertridž za šav. Kertridž je napunjen prethodno odsečenim dužinama šava 0-0 ili 2-0 i iglom u obliku polumeseca“.

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. Партија бр. 8 – Мења се назив и опис добра на партији бр. 8 и гласи:

„Set stent ureteralni, 7f/28 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 145-150cm, **dužina gurača 40-50cm**, graduisan celom dužinom, radiopaktan.“

2. Партија бр. 9 – Мења се назив и опис добра на партији бр. 9 и гласи:

„Set stent ureteralni, F6/28cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 145-150cm, **dužina gurača 40-50cm**, graduisan celom dužinom, radiopaktan.

3. Партија бр. 23 – Мења се назив и опис добра на партији бр. 23 и гласи:

TOT sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletена polipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000 mikrona/veličine 50cmx1.1cm, neabsorbabilna za transobturatorno uvođenje-spolja put unutra/out-in/, resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA koji se proteže kroz mrežicu, diјametра tkanja 6mm, plastični заштитни omotač, 2 lučno-helikoidna zakrivljene игле do hirurškog čelika orјentisane levo i desno, sterilno, za jednokratnu upotrebu / TOT (out-in) ispletена monofilamentna traka polipropilena tip 1, plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri, sa centralnim jezičkom за pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, diјametра vlakna 0,15mm, specifične težine 100g/m², deblјine mrežice 0,66mm i dve helikoidne игле за uvođenje od nerđajućег čelika за jednokratnu upotrebu / **TOT traka за stress inkontinenciju kod žena (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka. Pletena 0.3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm, promera pore 80μm, veličine pore 550x170μm, 78g/m² težine, glatkih ivica, elastiteta 7.5%, sa heliko instrumentima.**

4. Партија бр. 24 – Мења се назив и опис добра на партији бр. 24 и гласи:

Jednoincizioni mini sling за žensku urinarnu inkontinenciju - Set за SUI kod žena, ispletена polipropilenska monofilamentna mini mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000mikrona/, jednoincizona samofiksirajući sistema sa obturatornim fiksiranjem koji se sastoji od јedne zakrivljene игле od hirurškog čelika за jednokratnu upotrebu, dimenzija trake 8.5cmx1.1cm i 2 polipropilensaka integrisana samofiksirajuća vrha / Jednoincizioni sling od polipropilena dužine 9cm, sa cetangiranom ivicom centralnog segmenta на srednjoj uretri dužine 4cm i iglom за uvođenje od hirurškog čelika за jednokratnu upotrebu sa središnjim markerom i guračem за otpuštanje / **Ženski sling sistem sa јednom incizijom – Stalni sintetički sling sa ankerima (inside-out) pleteni monofilamentni-propilen niske elastičnosti 7,45%, dimenzija slinga 7,75cm, sterilan, јednokratан, mora da sadrži dve sterilne heliko игле за јednokratnu upotrebu.**

5. Партија бр. 25 – Не прихвата се проширење спецификације.

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

М ВН



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета