



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних  
осигураника

Бр. 5734- 31

19 AUG 2014 2014. године

Одговор заинтересованом лицу  
д о с т а в љ а -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације инт. бр. 5734-14 од 14.08.2014.године, за **75/14- Медицински нехемијски потрошни материјал- завоји, газе, компресе и вата за потребе ВЗУ**, по следећем:

“За партије 10 до 13, 20 до 31- колико се тачно нити и слојева тражи да буду понуђена добра, јер како је наведено конкурсном документацијом по РН ЈУГ IV обухваћен широк појам?

За партију 10- Газа памучна нестерилна 80цм/100м- колико нити, која финоћа пређе и која грамажа је захтевана конкурсном документацијом за понуђено добро?

За партије 1 и 2- чиме је потребно документовати да понуђена добра испуњавају стандард ВР 1988 ? “:

**ОДГОВОР:** Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона и акта Управе за војно здравство број 5734-25, одговара на питање:

За добра на партијама 10 до 13 број нити/густина ткања, у складу са Ph Jug IV у 1cm треба да буде 17(10+7), а маса површине I да буде једнака или већа од 23,5 грама.

За добра на партијама 20 до 31 број нити/густина ткања, у складу са Ph Jug IV у 1cm треба да буде 24(14+10), а маса површине II треба да буде једнака или већа од 2,33 грама, финоћа пређе 50/1 (20 tex).

Као доказ да добра на партијама 1 и 2 испуњавају стандард ВР 1988 потребно је приложити сертификат физичко хемијске анализе акредитоване лабораторије.



По овлашћењу директора

вс Зоран Стојановић