



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2480- 13

25 AUG 2014 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације инт. бр. 2480-11 од 20.08.2014. године, за **ЈН бр. 83/14** Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Биорад или одговарајуће по следећем:

"Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 83/14":

1. Партија бр. 6- Колона за дијабетичаре, течни, ниво 2. Да ли је прихватљиво понудити контролу која је у стању лиофилизата, обзиром да има бољу стабилност од тражене (4 недеље) и да може да се понуди као еквивалент Биорад контролама?
2. Партија бр. 7- Колона за дијабетичаре, течни, ниво 1. Да ли је прихватљиво понудити контролу која је у стању лиофилизата, обзиром да има бољу стабилност од тражене (4 недеље) и да може да се понуди као еквивалент Биорад контролама?
3. Партија бр. 12- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за спиналну течност, ниво 2. Да ли је прихватљиво као еквивалент понудити контролу у стању лиофилизата за спиналну течност?
4. Партија бр. 17- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за спиналну течност, ниво 1. Да ли је прихватљиво као еквивалент понудити контролу у стању лиофилизата за спиналну течност?
5. Партија бр. 14- Клиничка хемија, остале контроле, течне, ниво 2. Да ли је прихватљиво понудити контролне серуме у стању лиофилизата, обзиром да им је стабилност након растварања 4 недеље и да једино оне имају вредности које су тачно одређене за различите типове апарата?
6. Партија бр. 18- Клиничка хемија, остале контроле, течне, ниво 3. Да ли је прихватљиво понудити контролне серуме у стању лиофилизата, обзиром да им је стабилност након растварања 4 недеље и да једино оне имају вредности које су тачно одређене за различите типове апарата?
7. Партија бр. 19- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за липиде, течни, ниво 1. Да ли је прихватљиво понудити контролу у стању лиофилизата, обзиром да је намена иста, а стабилност након разливања дужа од првобитно захтеване (4 недеље)?
8. Партија бр. 20- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за липиде, течни, ниво 2. Да ли је прихватљиво понудити контролу у стању лиофилизата, обзиром да је намена иста, а стабилност након разливања дужа од првобитно захтеване (4 недеље)?

9. Партије бр. 1 и 23- Тражен је у оквиру обавезних услова сертификат о квалитету. Обзиром да тражена добра не спадају у медицинска средства, да ли је довољно доставити ISO 17043 као сертификат о квалитету, као и мишљење Агенције за лекове и медицинска средства да се не ради о медицинском средству?

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона и акта Управе за војно здравство МО инт. бр. 6-568 од 22.08.2014. године одговара на питања:

1. Партија бр. 6- Колона за дијабетичаре, течни, ниво 2: прихватљива је контрола у стању лиофилизата.
2. Партија бр. 7- Колона за дијабетичаре, течни, ниво 1: прихватљива је контрола у стању лиофилизата.
3. Партија бр. 12- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за спиналну течност, ниво 2 : прихватљива је контрола у стању лиофилизата.
4. Партија бр. 17- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за спиналну течност, ниво 1: прихватљива је контрола у стању лиофилизата.
5. Партија бр. 14- Клиничка хемија, остале контроле, течне, ниво 2: прихватљиво је понудити еквивалентне контролне серуме у стању лиофилизата.
6. Партија бр. 18- Клиничка хемија, остале контроле, течне, ниво 3: прихватљиво је понудити еквивалентне контролне серуме у стању лиофилизата.
7. Партија бр. 19- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за липиде, течни, ниво 1: прихватљиво је понудити контролу у стању лиофилизата.
8. Партија бр. 20- Клиничка хемија, специфични контролни серуми за липиде, течни, ниво 2: прихватљиво је понудити контролу у стању лиофилизата.
9. Партије бр. 1 и 23- довољно је доставити ISO 17043 као сертификат о квалитету, као и мишљење Агенције за лекове и медицинска средства да се не ради о медицинском средству.

ЗБД

По овлашћењу директора
ВС Зоран Стојановић

