



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6150 - 43
09 AUG 2016

Захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Ултразвучни уређаји са пратећим сондама бр. 252/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 05.08.2016. године, достављамо следећи одговор:

Питање 1: На страни 2. Измене и допуне конкурсне документације од 02.08.2016. за партију 1.1. захтева се: „Матричне сонде (или произведене у истој технологији) са 500 или више кристалних елемената распоређених у више редова и са могућношћу фокусирања у једну тачку.“

Предлажемо измену:

„Матричне сонде(или произведене у истој технологији) са 280 или више кристалних елемената распоређених у више редова и са могућношћу фокусирања у једну тачку.“
Према нашим сазнањима ниједан произвођач нема да понуди секторску матричну сонду са бројем кристала 500 или више, која се тражи у техничкој спецификацији за партију 1.1.

Одговор 1: Прихватамо сугестију само за Транскранијалну сонду да гласи са 280 или више кристалних елемената..

Питање 2: На страни 3.Измене и допуне конкурсне докуменације од 02.08.2016. за партију 1.1. захтева се:

„Транскранијална матрична секторска сонда опсега 1,5 Mhz - 4,5 Mhz($\pm 0,5$ Mhz) или шире, са дубином снимања најмање 20 цм.

Предлажемо измену:

„Транскранијална мултифреквентна сонда (или матрична) сонда опсега 1,5 Mhz - 4,5 Mhz ($\pm 0,5$ Mhz) или шире, са дубином снимања од најмање 20 цм.

