



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2491 - 31

19 AUG 2014 . године

Додатне информације и појашњења ,
д о с т а в љ а .-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 2. И став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) доставља додатне информације и појашњења, за јавну набавку добара број 60/14 .

ПИТАЊЕ : Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације ЈН.бр.60/14“ Материјал за ангиографију и ангиопластику“за потребе Министарства одбране и Војке Србије.

За партију 37. Да ли је прихватљиво да ,микрокатетер за периферне емболизације,коаксијални сет ,величина катетера 2, 6 Fr са хидрофилном водич сајлом, понудимо микрокатетер од 2,7 Fr истих осталих карактеристика?

За партију 62. Да ли је прихватљиво да, Хидрогел спирале за емболизацију са контролисаним ослобађањем, компатибилне са 0,025 луменом микрокатетера I 4F дијагностичким катетером, са системом за ослобађање спирала, понудимо хидрогел спирале за емболизацију са контролисаним ослобађањем, компатибилне са 0,021 луменом микрокатетера?

За партију 68. Да ли је прихватљиво да, Сет за пункцију феморалне артерије (уводник за катетер са cross cut валвулом дијаметра 6 и 7 Fr дужине 11cm, са кратком водич сајлом дијаметра 0,035 инча са дуплим крајем double ended ,дилататором и челичном иглом за пункцију дијаметра 18G ,дужине 7 cm), понудимо сетса уводником од 10 cm и кратком водич сајлом од 0,038 инча, истих осталих карактеристика?

ОДГОВОР 1:

За партију 37. Прихвата се сугестија понуђача , тако да партија број 37 сада гласи:

Mikrokateter za za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera od 2,5 F do 2,8 F sa hidrofилном vodič saјlom.

За партију 62. Прихвата се сугестија, тако да партија број 62 гласи:” Hidrogel spirale za embolizaciju sa kontrolisanim oslobadjanjem, kompatibilne sa 0,021 do 0,025 lumenom mikrokatetera , I 4 F dijagnostičkim kateterom, sa sistemom za oslobadjanje spirala.

За партију 68. Остаје се при траженим карактеристикама. **Не одговара** уводник од 10cm и кратка водич сајла од 0,038 инча.

HM(32-550)

Достављено:
- заинтересованом лицу
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-а/а

По овлашћењу директора
Вс Зоран Стојановић

