



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6108- 17

од 18.07.2017. године

Појашњење у вези са питањем у поступку
јавне набавке опрема за МФ ВМА
бр.273/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питања?

1. Да ли је прихватљиво понудити апарат за читање апсорбанце резолуције 0.0001 од (бољег од траженог)?

Одговор: Прихвата се.

2. Да ли је прихватљиво понудити апарат читања апсорбанце који има следећу поновљивост :

Поновљивост ОД: 0 до 2.0 ОД $\pm 1\% \pm 0.005$
2.0 до 2.5 ОД $\pm 3\% \pm 0.005$

Одговор: Прихвата се.

3. Да ли је прихватљиво доставити копију страна из оригиналног произвођачког каталога како би се доказале тражене техничке карактеристике?

Одговор: Прихвата се.

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 6108/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



ЗАСТАПА НАЧЕЛНИКА ВМА

ПРОФ. ДР

Проф. др Мирослав Вукосављевић