



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6108- 24

од 18.07.2017. године

03 AUG 2017

Појашњење у вези са питањем у поступку
јавне набавке опрема за МФ ВМА
бр.273/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

1.-У захтеву у тачки 1.11 захтевају се ламинирани дихтунзи за сталак за изливање гелова. Обзиром да ино-произвођач којег заступамо у понуди има патентирани сталак за изливање гелова који не захтева дихтунге, код којег је изливање гелова још једноставније јер не захтева операцију постављања дихтунга на сталак за изливање гелова, молимо да се ова позиција преформулише тако да гласи: „Ламинирани дихтунзи за сталак за изливање гелова, уколико су такви неопходни приликом изливања гелова“?.

Одговор:

Преформулисање позиције је могуће само уколико доставите потврду да патентирани систем за изливање гелова ино произвођача који заступате је компатибилан са системом за изливање по принципу ламинарних дихтунга. Ми у раду имамо 3 комплета на принципу ламинарних дихтунга и од великог нам је значаја компатибилности тих система.

2.-У захтеву између тачака 1.14 и 1.15 траже се чешљеви 20 бунара 0,75 мм дебљине (2 комада). Да ли су прихватљиви чешљеви 20 бунара 0,8 мм дебљине (2 комада)?

Одговор: Није прихватљиво. Све процедуре су стандардизоване на дебљину гела од 0,75 мм. Чешљеви са 20 бунара дебљине 0,8мм не одговарају и из разлога што су годишње набавке за акриламид пројектоване за потрошњу акриламида за гелове дебљине 0.75мм те би повећање потрошње смањило број анализа на годишњем нивоу.

3.-У захтеву у тачки 1.15 траже се чешљеви 28 бунара, 1 мм дебљине (2 комада). Да ли су прихватљиви чешљеви 25 бунара, 0,8 мм дебљине (2 комада) или чешљеви 25 бунара, 1,5 мм дебљине (2 комада)?

Одговор: Није прихватљиво због аутоматизације процеса (28 узорака односно 28 бунара).

4.-У захтеву у тачки 1.16 траже се спејсери 0,75 мм дебљине. Да ли су прихватљиви спејсери дебљине 0,8 мм који одговарају чешљевима дебљине 0,8 мм?

Одговор: Није прихватљиво јер је уско везано за ставку 2.

5.-У захтеву у тачки 1.17 траже се спејсери 1 мм дебљине. Да ли су прихватљиви спејсери дебљине 0,8 мм или 1,5 мм који одговарају чешљевима дебљине 0,8 мм или 1,5 мм респективно?

Одговор: Није прихватљиво јер је уско везано са ставком 3.

6.-Да ли је прихватљиво напајање за вертикални електрофоретски систем са системом хлађења за 2 плоче које има опсег 10-300V, 4-400mA, 75W?

Одговор: Није прихватљиво јер је 500mA и 900W од кључног значаја за свакодневни рад.

7.-Да ли је прихватљиво напајање за вертикални електрофоретски систем са системом хлађења за 2 плоче које има 3 пара излаза од 4 мм?

Одговор: Није прихватљиво јер у употреби имамо 3 кадице и неопходна је могућност везивања све 4 истовремено.

CO JM

Достављено:

- у омот предмета 6108/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС

