



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 3492 - 10

**27 APR 2016**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица


У отвореном поступку јавне набавке добра, дијагностички материјал за анализаторе произвођача Ekf и Brahms, ознака из ОРН: 33124130, редни број 71/2016, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

1. "У партији бр. 1-Дијагностички материјал за анализатор Kryptor, наведено је у ставци: 1.3-Imunohemija, ostali individualni i specifični hormoni, kontrola za osetljivi prokalcitonin (set od 2 nivoa, nizak i visok, 2x2ml). Као ексклузивни дистрибутери произвођача Brams, обавештавамо Вас да је контрола за prokalcitonin set od 3 nivoa, 2x2ml".
2. „Пошто би са новом врстом контроле знатно премашили процењу вредност, а уз сагласност произвођача да ће моћи да нам испоручи стари тип контроле са 2 нивоа, остајемо при контроли са 2 нивоа. Постоји још један проблем, а то је да паковање контроле садржи 6 бочица, односно 3 бочице ниског нивоа и 3 бочице високог нивоа. Како сте Ви тендерском документацијом тражили 2 сета који се састоји од 1 високе и 1 ниске контроле, немогуће је испоручити само 4 бочице. Зато предлажемо да у тендерској документацији наведете да Вам треба 3 сета контрола што чини 6 бочица, односно једно наше паковање“

Одговор:

Да, прихвата се предлог понуђача, да се испоручи тип контроле са 2 нивоа и у поступку је измена конкурсне документације.

MS  
Co  
MA



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

У К О В Н И К

Проф. др Драган ДИНЧИЋ

*[Handwritten signature]*

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС