



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

инт бр. 3703 - 14
06 FEB 2014 године

Појашњење конкурсне документације
доставља -

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 28/13 – СнМС за потребе Института за патологију и судску медицину и Института за медицинска истраживања ВМА, по партијама достављамо следећа појашњења конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 1: партија 9, ставка 2: да ли је довољно да PCR кит садржи (2x) PCR мастер микс са Taq DNK полимеразом и воду, nuclease-free?

ОДГОВОР 1: Довољно је да PCR кит садржи (2x) PCR мастер микс са Taq DNK полимеразом и nuclease-free воду.

ПИТАЊЕ 2: партије 32-52 и 75-86: да ли можете да доставите детаљну спецификацију антитела – класу домаћина из којег је изоловано антитело, клон (сегмент везивања)?

ОДГОВОР 2: Сва антитела, осим секундарних *At* обележених FITC-ом (партија 75) су мишја, антихумана антитела класе IgG, сегмент везивања је ирелевантан. За партију 75 је важно само да *At* буду коњугована са FITC-ом и специфична за хумани IgG молекул.

ПИТАЊЕ 3: партија 102: да ли можете да доставите називе гена који ће се анализирати траженим есејима?

ОДГОВОР 3: Партија 102 обухвата есеје за следеће гене/локусе

- фактор коагулације II (Protrombin) rs1799963
- фактор коагулације V (Leiden) rs6025
- MTHFR rs1801133
- FCGR IIA rs1801274
- FCGR IIIA rs396991
- TP53 rs1042522
- MDM2 rs2279744
- BRAF_475_mu (V600E, TG>AA)
- BRAF_476_mu (V600E, T>A)
- BRAF_rf (референца, односно немутирана контрола)
- STAT1 rs3771300
- VDR *EcoRV* rs4516035
- VDR *FokI* rs2228570
- VDR *Apal* rs7975232
- VDR *TaqI* rs731236

ПИТАЊЕ 4: партија 105: да ли се мисли на *FAM-Tamra* пробу, скала синтезе 5-10 μmol ?

ОДГОВОР 4: за партију 105 – пробе су обележене *VIC/FAM*-ом, а на другом крају *MGB-NFQ*; скала синтезе 5-10 μmol је одговарајућа.

ПИТАЊЕ 5: партија 114: да ли је потребно да кит за изолацију DNK буде искључиво за узорке крви и телесних течности?

ОДГОВОР 5: Није потребно да кит за изолацију DNK буде искључиво за узорке крви и телесних течности, али је неопходно да се њиме може изоловати DNK из крви.

ПИТАЊЕ 6: партија 115: да ли је потребно да кит за изолацију RNK буде искључиво за узорке крви и телесних течности?

ОДГОВОР 6: Није потребно да кит за изолацију RNK буде искључиво за узорке крви и телесних течности, али је неопходно да се њиме може изоловати RNK из крви.

ЛН/

ДИРЕКТОР
Влада Антонијевић, дипл.ецц.