



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 9015- 9
од 22.10.2013.године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке кеса за крв
бр. 9015/13, д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 18.10.2013. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање:" Молимо да нам дате структуру одн. димензије кеса које су предмет набавке ?."

Одговор: Четвороструке кесе за узимање крви морају имати следеће карактеристике:

- Примарна кеса мора бити предвиђена за узимање $450\text{мл} \pm 10\%$ и мора да садржи 63 мл антикоагуланса (CPD),
- Примарна и три сателитске кесе у горњем делу морају да имају отворе – рупице, размака између 2-2,5 цм, а у дољем делу прорез за качење на аутоматске екстракторе компоненти,
- Једна од сателитских кеса мора да садржи 100 мл адитивне солуције (SAGM),
- Мора постојати кесица за преусмеравање првог млаза крви и систем за узимање крви у епрувете са вакумом.

ЗС

НАЧЕЛНИК ВМА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

- потенцијалним понуђачима;
- у омот предмета 9015/13

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС