



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 64 - 16
10 -01- 2018 године
Београд

Одговор заинтересованим лицима
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 08.01.2018. године, доставила захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 35/17- Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд.

1. Прво заинтересовано лице је доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, по следећем:

„Поштовани,

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач захтева од наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 35/17 Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд, за партију бр. 10- Лабораторијски микроскоп. Замолили бисмо Вас да појасните, а везано је за партију бр. 10: Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са одговарајућим LED осветљењем?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, тако да техничка карактеристика под редним бр. 14 у делу 6.1.4-10 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- партија бр. 10 „Laboratorijski mikroskop“, гласи: „Osvetljenje: 6V\најмање 20W kvarc-halogeno osvetljenje sa podesivim intenzitetom ili sa LED osvetljenjem od најмање 3V“.

2. Друго заинтересовано лице је доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, по следећем:

„Поштовани,

Према Вашем позиву за ЈН 35/17- Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд, молим Вас да појасните следеће: Партија 9- да ли је одговарајуће понудити центрифугу са рековима за епрувете тах висине до 110 mm и осталим карактеристикама које одговарају траженим?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, тако да техничка карактеристика под редним бр. 4 у делу 6.1.4-9 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- партија бр. 9 „Laboratorijska centrifuga“, гласи: „Rekovi za epruvete primenjivi za vakuum epruvete za uzorkovanje krvi različitih veličina: visine 75 mm-110 mm, promera 13mm-16mm i zapremine 3-12 ml“.

Измене конкурсне документације у складу са горе датим одговорима ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

WA AL.-
mm

Q



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.