



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 64 - 17
10-01-2018 године
Београд

**Измене конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-**

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измене конкурсне документације за јавну набавку добара број 35/17- Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд, у делу 6.1. конкурсне документације- Образац понуде, по следећем:

- у делу 6.1.4-10 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- партија 10 „Laboratorijski mikroskop“, тако што се мења тражена техничка карактеристика коју понуђено добро мора да поседује под редним бр. 14, тако да гласи: „Osvetljenje: 6V\најмање 20W kvarc-halogeno osvetljenje sa podesivim intenzitetom ili sa LED osvetljenjem od најмање 3V“ (страна бр. 62 конкурсне документације).

- у делу 6.1.4-9 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- партија 9 „Laboratorijska centrifuga“, тако што се мења тражена техничка карактеристика коју понуђено добро мора да поседује под редним бр. 4, тако да гласи: „Rekovi za epruvete primenjivi za vakuum epruvete za uzorkovanje krvi različitih veličina: visine 75 mm-110 mm, promera 13mm-16mm i zapremine 3-12 ml“ (страна бр. 59 конкурсне документације).

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- Измењене стране конкурсне документације (стр. бр. 59 и 62).

АЛ.-

УА
mm
02



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

6.1.4-9 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 9 „Laboratorijska centrifuga“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Centrifuga sa njihajućim rotorom		
2	Kapacitet najmanje 24 mesta za uzorke		
3	Brzina rotacije minimalna od 100-500 i maksimalna od 4000-6000 obrtaja u minuti, u koracima od 100 obrtaja/min.		
4	Rekovi za epruvete primenjivi za vakuum epruvete za uzorkovanje krvi različitih veličina: visine 75 mm-110 mm, promera 13mm-16mm i zapremine 3-12 ml		
5	Mogućnost skidanja rekova zbog čišćenja istih i unutrašnjosti centrifuge		
6	Automatska zaštita od disbalansa rotora		
7	Sistem brava koji onemogućava otvaranje poklopca dok se rotor ne zaustavi		
8	Svetlosna signalizacija toka procesa rada		
9	Jasna oznaka završetka rada označena na displeju		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)

6.1.4-10 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 10 „Laboratorijski mikroskop“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Mikroskop za pregled sedimenta urina		
2	Optički sistem: infinity optički sistem sa korekcijom boja		
3	Tubus: Binokularna glava, Siedentopf tipa		
4	Međuokularno растоjanje: 55-75mm		
5	Nagib: 30° nagib, 360° rotacija		
6	Okulari: N-WF 10x20mm±2mm sa podešavanjem dioptriје, +/-5 dioptriја		
7	Revolver: Obrtni revolver, sa četiri mesta		
8	Klasа objektiᵑa: Infinity podešeni plan ahromatski		
9	Objektivi: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65 opruga; 100x/1,25 opruga, imerzioni		
10	Predmetna ploča-stočić: ugrađena, sa koaksijalnim kontrolama i držačem uzorka, limiter podizanja predmetne ploče: podesiv, unapred podešen		
11	Kondenzator: Abbe kondenzator N.A.1.25 sa fokusiranjem, blendom i prerezom za kontrasne klizače		
12	Mehanizam za fokusiranje: koaksijalni sistem grubog i finog fokusa sa podešavanjem otpora		
13	Preciznost finog fokusa: 2µm minimalni podeok		
14	Osvetljenje: 6V\ᵑajmanje 20W kvarc-halogeno osvetljenje sa podesivim intenzitetom ili sa LED osvetljenjem od najmanje 3V		
15	Napajanje:100-240V(CE)		
16	Zaštitni pokrivač		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)