



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 64 - 25

10 JAN 2018 године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 09.01.2018. године, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 35/17-**Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд**, по следећем:

„ Поштовани,

Након детаљне анализе конкурсне документације за ЈН 35/17 постављамо Вам следеће питање:

Наручилац је у техничкој спецификацији у партији 6 ставка 2, између осталих дефинисао следеће:

- Тачка 5: Минималне димензије 40 cm дужина, 30 cm висина и 30 cm ширина. Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметну ставку дешинише на следећи начин:
- Тачка 5: Минималне димензије 25 cm дужина, 30 cm висина и 30 cm ширина.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, тако да техничка карактеристика под редним бр. 5 у делу 6.1.4-6.2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- партија бр. 6 ставка бр. 2 „Stomatološka komora za razvijanje dentalnih filmova“, гласи: „Minimalne dimenzije 25 cm dužina, 30 cm visina i 30 cm širina“.

Измене конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ.-

AM
mt R

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.



ДИРЕКТОР

потпуковник

др Радан Костић

[Signature]