



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 64
11-01-2018-34
године
Београд

Одговоре заинтересованим лицима
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 10.01.2018. године, доставила захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 35/17-Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд.

1. Прво заинтересовано лице је доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, по следећем:

„Поштовани,

Молимо разјасните следеће:

Партија 9: Лабораторијска центрифуга

Тгажени су променљиви рекови за епрувете различитих величина: висине 75mm-120mm, промера 13mm-16mm и запремине 3-12мл, капацитета најмање 24 места за узорке- Да ли је прихватљиво понудити: адаптере за 24 места за узорке од 5-7мл (димензија 13x116mm), адаптере за 28 места за узорке од 3-5мл (димензија 12x124mm) и адаптере за 16 места за узорке од 10-14мл (димензија 16x124mm)?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Није, јер рекови треба да буду примењиви и за епрувете висине 75mm. Наведена карактеристика гласи: „Рекови за епрувете примењиви за вакуум епрувете за узорковање крви различитих величина: висине 75mm-110mm, промера 13mm-16mm и запремине 3-12ml“, односно рекови треба да буду одговарајући за епрувете свих висина у опсегу од 75mm-110mm и свих ширина у опсегу од 13mm-16mm.

2. Друго заинтересовано лице је доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, по следећем:

„Поштовани,

Шаљемо вам захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 35/17. Увидом у конкурсну документацију установили смо да за поједине партије (7 и 6) према траженим и реалним карактеристикама, у Србији, није могуће понудити опрему која се може продајном вредношћу уклопити у Вашу процењену вредност.

Да ли да понудимо опрему искључиво са траженим карактеристикама или да другачије поступимо?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

За партије бр. 6 и 7 остају тражене карактеристике и процењене вредности.

АЛ.-

ЧА *mm* *R*



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.