



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 64 - 7
015 JAN 2018 године
Београд

**Измену конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-**

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 35/17- Медицинска опрема за потребе ЦВМУ Београд, у делу 6.1. конкурсне документације- Образац понуде, у делу 6.1.4-9 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- партија 9 „Laboratorijska centrifuga“, тако што се мења тражена техничка карактеристика коју понуђено добро мора да поседује под редним бр. 3, тако да гласи: „Brzina rotacije minimalna od 100-500 i maksimalna od 4000-6000 obrtaja u minuti, u koracima od 100 obrtaja/min.“ (страна бр. 59 конкурсне документације).

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- Измењена страна конкурсне документације (стр. бр. 59).

УА АЛ.-
m



ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

6.1.4-9 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 9 „Laboratorijska centrifuga“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Centrifuga sa njihajućim rotorom		
2	Kapacitet najmanje 24 mesta za uzorke		
3	Brzina rotacije minimalna od 100-500 i maksimalna od 4000-6000 obrtaja u minuti, u koracima od 100 obrtaja/min.		
4	Rekovi za epruvete primenjivi za epruvete različitih veličina: visine 75 mm-120 mm, promera 13mm-16mm i zapremine 3-12 ml		
5	Mogućnost skidanja rekova zbog čišćenja istih i unutrašnjosti centrifuge		
6	Automatska zaštita od disbalansa rotora		
7	Sistem brava koji onemogućava otvaranje poklopca dok se rotor ne zaustavi		
8	Svetlosna signalizacija toka procesa rada		
9	Jasna oznaka završetka rada označena na displeju		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)