



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6522-24

28 JUL 2017. 2017. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинске опреме за очну банку за
потребе Војномедицинске академије
бр. 249/17, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.07.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересована лица су поставила следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање: Да ли се може променити тачка 1.5 партија 4 и 7 техничке спецификације на мање од 48dB?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

2. Питање У техничким карактеристикама за партију 2, ставка 1.1, димензије, тражено је димензија (ширина x дубина x висина у мм): унутрашња не мања од 750 x 450 x 600. Како је стандард за ламинарне коморе димензија (ширина x дубина x висина у мм): 700 x 400 x 600. Да ли се може изменити димензија?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

ЗС.



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС